

## ACTA DE INSPECCIÓN

Funcionario de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

**CERTIFICA:** Que se personó el día veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno en la Clínica Dental del Dr. Rafel Díaz Cremades, cuyo titular es CLÍNICA DENTAL ARENALES, S.L.

, y que se encuentra situada en la \_\_\_\_\_, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria (35004) , isla de Gran Canaria.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico (tipo 3), cuya última inscripción registral en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es de fecha 08/04/2013.

La Inspección fue recibida por \_\_\_\_\_ administradora de la sociedad, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

La representante del titular fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

### **UNO. INSTALACIÓN:**

- En la dirección que figura en la inscripción de la instalación ya no se encuentra la clínica referenciada. En dicha ubicación hay una vivienda particular. \_\_\_\_\_
- En la inscripción de la instalación se indican dos equipos:
  - Equipo intraoral marca \_\_\_\_\_ con tubo de rayos X \_\_\_\_\_
  - Equipo intraoral marca \_\_\_\_\_
- La Inspección llamó al número de teléfono que figura en el expediente de la última declaración de la instalación \_\_\_\_\_ resultando ser el número de teléfono de la instalación IRX/GC-2704, cuya titularidad también recae sobre CLÍNICA DENTAL ARENALES, S.L., situada en la \_\_\_\_\_ 35004 de Las Palmas de Gran Canaria. \_\_\_\_\_
- Personada la inspección en fecha 25/11/2021 en la instalación IRX/GC-2704 se constató, a partir de la documentación mostrada por administradora de la sociedad, lo siguiente:
  - El equipo intraoral marca \_\_\_\_\_ fue



desinstalado e inutilizado en fecha 20/04/2010 por la empresa de venta y asistencia técnica según certificado de desinstalación e inutilización de fecha 27/09/2010 y referencia RX 20/10.

- El equipo intraoral marca \_\_\_\_\_, fue inutilizado por destrucción de tubo por la empresa de venta y asistencia técnica según certificado de retirada de fecha 29/11/2016.
- La Inspección informó a \_\_\_\_\_ la obligación de comunicar a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias el cese de actividad de la instalación IRX/GC-2272 al objeto de su baja en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico, debiendo acompañar la documentación que acredite el destino dado a los equipos. \_\_\_\_\_



**DOS. DESVIACIONES:**

- No se ha comunicado a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias el cese de actividad al objeto de dar de baja la instalación en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico (art. 14 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio) \_

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Las Palmas de Gran Canaria.

---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de CLÍNICA DENTAL ARENALES, S.L. para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado  
digitalmente por

Fecha:  
2021.12.14  
13:24:37 Z

## Justificante de Presentación

### Datos del interesado:

CLINICA DENTAL ARENALES SL

#### Dirección:

Palmas de Gran Canaria, (Palmas, Las-España)

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (<https://sede.administracion.gob.es/>). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro: REGAGE21e00026585102  
Fecha y hora de presentación: 14/12/2021 14:37:28  
Fecha y hora de registro: 14/12/2021 14:37:28  
Tipo de registro: Entrada  
Oficina de registro electrónico: REGISTRO ELECTRÓNICO  
Organismo destinatario: A05030992 - Dirección General de Industria  
Organismo raíz: A05003638 - Comunidad Autónoma de Canarias  
Nivel de administración: Administración Autónoma

Asunto: APORTAR ACTA INSPECCION FIRMADA Y ALEGAR

Expone: A LA FECHA DE ESTA PRESENTACION SE ENCUENTRA DADO DE BAJA LA INSTALACION EN INDUSTRIA.

Solicita: DAR POR RESUELTA LA INSPECCION AL HABER DADO DE BAJA LA INSTALACION EN INDUSTRIA.

#### Documentos anexados:

ACTA INSPECCION FIRMADA - NOTIF. INSPECCION RAYOS X R.26.11.2021.pdf (Huella digital: 2207923be1c998c31f96ef5c1ed502e5ea3c904e)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electrónico: Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de [rec.redsara.es](http://rec.redsara.es), podrá consultar el estado de la presentación de este registro

### **DILIGENCIA**

En relación con la documentación aportada en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2272/21, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de radiodiagnóstico médico cuyo titular es CLÍNICA DENTAL ARENALES, S.L. el día 23 de noviembre de dos mil veintiuno, el inspector que la suscribe declara,

- Se acepta el comentario. No cambia el contenido del acta dado que en el momento de la inspección no se había comunicado a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias el cese de actividad al objeto de dar de baja la instalación en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico.

NOTA: A fecha de la presente diligencia la instalación está dada de baja en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 2021

EL INSPECTOR DE IIRR

