

ACTA DE INSPECCIÓN

D. _____ jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día diecisiete de marzo de 2021 en la CLÍNICA MORAN, sita en _____ MARRATXÍ.



La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de MORAN SALAMA, SL, (_____. Su código de registro es RXPM 1630, fue inscrita en el Registro el 24 de abril de 2001, y la última modificación de inscripción fue realizada el 6 de noviembre de 2018.

La Inspección fue recibida por _____ administrador de la sociedad MORAN SALAMA, SL, en representación de la titularidad, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIATIVO

- La instalación está compuesta por dos gabinetes dentales con equipos dentales intraorales, una sala de exploración con un equipo panorámico y las dependencias administrativas adjuntas.
- La instalación dispone de los equipos emisores de radiación que se relacionan a continuación, todos ellos inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
-------------	-------	--------	-----	----	----

- La instalación está correctamente señalizada y disponen de diversas prendas plomadas de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- _____, licenciado en odontología, dirige la instalación y opera los equipos de la instalación. Dispone de la acreditación correspondiente.
- _____ está sujeto a vigilancia dosimétrica mediante dosimetría personal. Están disponibles sus informes dosimétricos que indican que no se han superado los límites de dosis establecidos.



TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de grado de conformidad de la instalación expedido por la  el 27/07/2020 con observaciones referidas a la inscripción de la instalación en el Registro de instalaciones radiactivas con fines de diagnóstico médico y a los resultados de los controles de calidad.
- Está disponible el informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad y la estimación de dosis a pacientes de los equipos presentes en la instalación, expedido por la  el 27/07/2020 en el que se clasifica de ACEPTABLE el estado global de los equipos.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.



CUATRO. OBSERVACIONES

- Las observaciones que figuran en el certificado de conformidad que hacen referencia a la inscripción de la instalación son consecuencia de que la UTPR, en su momento, no pudo verificar la correcta inscripción de la instalación en el Registro de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, habiéndose comprobado que la instalación está correctamente inscrita.
- La observación que figura en el certificado de conformidad que hace referencia a los resultados de los controles de calidad es consecuencia de que uno de los equipos intraorales no permite seleccionar todas sus funciones por tener el selector averiado. Al respecto el titular indica que operan el equipo en “modo rvg”.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

Firmado por _____
el día 17/03/2021 con un certificado emitido por AC Sector Público



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a se invita a a un representante autorizado de MORAN SALAMA, SL, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

En Marratxí, a 24 de abril de 2021

Destinatario:

*CONSELLERIA TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL*

Referencia: CSN-CAIB/AIN/01/RXPM/1630/2021

Yo, _____ y como representante y administrador de MORÁN SALAMA S.L. con

EXPONGO

Que a fecha 24 de marzo de 2021 hemos recibido notificación del acta de la inspección de la instalación de rayos X realizada el pasado 17 de marzo de 2021.

Que en cuanto a la observación indicada que hace referencia a la inscripción de la instalación en el Registro de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, hemos procedido a solicitar un duplicado del certificado de inscripción en la Conselleria de Industria.

En referencia al aparato intraoral _____ con la botonera de selección de diente averiada, aunque actualmente solo se utiliza el modo RVG y no es necesario seleccionar la pieza dental en el aparato, hemos procedido a contactar con el servicio técnico para poder repararla.

MANIFIESTO

La conformidad con el acta recibida.

Fdo.

