

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

174070

CSN/AIN/09/IRA/2296/2008

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.


CERTIFICA: Que se ha personado el día veintiocho de mayo de dos mil ocho en el Hospital Universitario Reina Sofía, sito en la [REDACTED] C.P. 14004, Córdoba.

Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de las instalaciones de Inmunología, Radioterapia, Medicina Nuclear, Hematología, y Microbiología, destinadas a uso médico, con sede ubicada en el lugar citado, y con resoluciones o últimos expedientes de fechas; 17-07-2007 (IRA/0789), 27-07-1995 (IRA/1155), 08-11-2007 (IRA/1199), 12-12-90 (IRA/1744) y 11-07-00 (IRA/2296),

Que la Inspección fue recibida por Doña. [REDACTED], Jefe del Servicio de Protección Radiológica del Hospital Universitario Reina Sofía y por los responsables correspondientes de cada instalación Inspeccionada, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR


CSN/AIN/09/IRA/2296/2008

Hoja 2 de 3

I.- GENERAL DE TODAS LAS SECCIONES

- Exhiben diarios de operación de todas las secciones actualizados y firmados por los correspondientes supervisores, sobre los cuales sella la inspección—
- Existe un registro de todos los residuos evacuados desde todas las instalaciones hasta el almacén autorizado a la Instalación de medicina Nuclear. Exhiben registro de los residuos radiactivos almacenados o evacuados-----
- Exhiben ante la Inspección la documentación siguiente:

- Estado de licencias fecha de Inspección.
- Control de residuos radiactivos Tanque 1 y Tanque 2.
- Diciembre 2007 Hermeticidad del irradiador [REDACTED] nº de serie 011. por [REDACTED]
- Calendario de revisiones y verificaciones en las Unidades de Radioterapia . Año 2006.
- Años 2007-8 Revisiones y hermeticidad por [REDACTED] del Curietrón CT400
- Últimas verificaciones mensuales cobalto [REDACTED] 1780 28-03-2008.
- Partes de averías del 2007-8 del [REDACTED] 1780.
- Partes de revisiones y averías de los ACELERADORES [REDACTED].
- Hoja de registro de residuos radiactivos sólidos
- 2008 Revisión por [REDACTED] del sistema de tratamiento de residuos líquidos para solucionar llenado de los mismos.





II.-INMUNOLOGÍA, ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/09/IRA/2296/2008

- La Instalación ha sido empleada en muy pocas ocasiones, que no ha sufrido cambios desde la anterior Inspección, que tienen controlados dosimétricamente a dos usuarios con fondo de dosis anual superficial o profunda a diciembre de Mayo de 2008, que han enviado informe preceptivo anual-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a tres de junio de dos mil ocho.



Fdo. :



INSPECTOR

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del HOSPITAL "REINA SOFÍA", de Córdoba, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme en Córdoba a 25 de junio de 2008

PD.

Fd.


FEA Radiofísica Hospitalaria


JEFE SERV. FISICA Y PROT. RADIOLÓG.