



## ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado como inspector.

**CERTIFICA:** Que se personó, el día seis de septiembre de dos mil dieciséis, en EUROCONTROL, SA. Delegación de Huelva, sita [REDACTED], en Huelva.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a: Radiografía industrial, análisis de materiales, y realización de controles de hermeticidad a las fuentes radiactivas encapsuladas, cuya autorización vigente (MO-14), fue concedida por la Dirección General de Industria Energía y Minas. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid, en fecha 1 de abril de 2016. Ref. IR/M-63/73.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED]. Delegado, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación radiactiva consiste en una dependencia que alberga un foso provisto de tapa blindada y cierre mediante candado, señalizada, provista de acceso controlado y extinción de fuego. \_\_\_\_\_
- La citada dependencia no se ajusta al plano presentado en la solicitud, la inspección solicito el envío de la actual distribución, en el apartado trámite de la presente acta de inspección. \_\_\_\_\_



- En el momento de la inspección disponían de tres equipos, con fuente radiactiva de Ir-192, [REDACTED] modelo [REDACTED] con nº de serie D-5787 con fuente nº 20083G/23653H, (Diario de Operación. DO. de ref. 300/2016), otro nº de serie D-11461 con fuente nº. 25712G/24208H, (DO. 27-28/2014), y otro nº. de serie D-7720 con fuente nº. 22227G/27354H, (DO. 47/2010). \_\_\_\_\_
- Disponen de tres telemandos, de ref. TL-25, TL-48 y TL-06. \_\_\_\_\_
- Los niveles de radiación medidos en la dependencia de almacenamiento, se encontraban dentro de los límites autorizados. \_\_\_\_\_
- Los citados equipos y accesorios son revisados periódicamente y realizadas pruebas de hermeticidad en [REDACTED] exhibiendo a su vez los certificados de actividad y hermeticidad de las fuentes radiactivas. \_\_\_\_\_
- Disponen de medios de protección, en accidentes operacionales: Contenedor, telepinzas y tejas. \_\_\_\_\_
- En la instalación disponen dosímetros DLD y monitores de radiación, marca [REDACTED], modelos [REDACTED] (dos unidades) y [REDACTED] (diez unidades) calibrados y verificados. \_\_\_\_\_
- Disponen de tres licencias de supervisor y ocho licencias de operador, aplicadas a la Delegación, así como de tres ayudantes (Sres. [REDACTED] y [REDACTED]). \_\_\_\_\_
- No consta que los Sres. [REDACTED] ([REDACTED]), hayan solicitado licencia de operador. \_\_\_\_\_
- De los registros dosimétricos exhibidos, referentes al mes de junio de 2016, no se deducen valores significativos, realizando la vigilancia médica en [REDACTED]. \_\_\_\_\_

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear, a quince de septiembre de dos mil dieciséis.





Por la presente manifiesto mi conformidad  
■ con el resultado de la inspección, indicando  
que se está realizando un nuevo plano que  
refleje la actual ubicación de la dependencia y que  
se enviara al CSN en la mayor brevedad posible.

GUARDIZO, 7/10/2016  
[SUPERVISOR]



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo. 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **EUROCONTROL, SA.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



**SALIDA**  
Fecha 7/10/2016  
N.º 017/16