

177201

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día tres de noviembre de de dos mil ocho en PLASTIENVASE(antes MULTIBARRERA) sita en el [REDACTED] en Espiel, Córdoba.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a fines industriales, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última autorización en vigor, fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas con fecha 22 de noviembre de 2007.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos, previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



- Disponen de una licencia de supervisor en vigor-----
- Disponen de monitor de radiación series [REDACTED] verificado por [REDACTED] en 24-05-2007-----
- Tienen controlada dosimétricamente un área de cuyas lecturas de dosis a octubre de 2008 no se deducen valores significativos-----
- Instalación verificada por [REDACTED] en fecha 20-05-2008-----

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 23536

Fecha: 15-12-2008 13:58

- Se ha procedido por parte del supervisor al cambio de los filtros de papel de aluminio del medidor, siguiendo instrucciones y procedimiento específico del fabricante-----
- Se efectuaron los cambios del film protector (cover film) en 26-12-2007 y en 18-febrero de 2008-----
- El supervisor de la instalación ha tomado las medidas oportunas para que la empresa fabricante del medidor proporcione las instrucciones precisas para la sustitución por el servicio de mantenimiento de la Instalación-----
- Adicionalmente, el Supervisor de la instalación ha tomado medidas cautelares tales como la ampliación del área controlada alrededor de los trenes -----
- Las tasas de dosis no son relevantes a un metro de distancia de la posición de parking y con colimador abierto, -----
- Disponen de diario de operación actualizado y firmado por supervisor, conteniendo los hitos principales de la instalación-----
- Exhiben medidas periódicas sistemáticas de tasa de dosis por el supervisor de la instalación-----
- Efectúan vigilancia dosimétrica de las áreas. Sin valores relevantes a octubre de 2008; inferiores a 0.2 mSv-----
- Todas las zonas de influencia de los equipos, se encontraban debidamente señalizadas y disponían de accesos controlados.-----
- Han enviado el Informe Anual preceptivo al CSN -----



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a fecha veinte de noviembre de 2008.

[Redacted signature]

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de "PLASTIENVASE" (antes **MULTIBARRERA.SL**), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Confirma.

En Espiel a 11 de diciembre del 2008

[Redacted signature]

PLAS

1422

CHET.