

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día quince de noviembre de dos mil once en la clínica sita en la calle [REDACTED] de Oviedo (Asturias), cuyo titular es [REDACTED], N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] Auxiliar, de la clínica, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en abril de 1997 (IR-296).-----

La instalación, de tercera categoría, coincide sensiblemente con la registrada, está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Dispone de una acreditación para dirección de instalaciones de rayos X y de un delantal plomado.-----



Se encuentran instalados un equipo [REDACTED] número 103347/400826, y un [REDACTED] número XANL0279/924191.-----

DESVIACIONES

Carece de Programa de protección radiológica.-----

El equipo [REDACTED] instalado en el año 2000, no ha sido registrado (se presenta recibo de [REDACTED] por "alta de equipo", fechado en el año 2000).-----

No consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad del equipo de rayos X con posterioridad a 1999.-----

No consta se realice control dosimétrico desde abril de 1997.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a veinticuatro de noviembre de dos mil once.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME CON EL CONTENIDO DEL ACTA. SE HA CONTACTADO CON LA UTR [REDACTED] Y SE ESTA TRAMITANDO LA RESOLUCION DE LAS DESVIACIONES.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Jefe UTR [REDACTED], Ingeniería de Calidad S.L.U.

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

ATT. D. [REDACTED]

Plaza de España 1-4º

33007 - Oviedo

ASUNTO: DEVOLUCIÓN ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AST/AIN/01/RX/O-1205/11

Muy Sres. Nuestros:

COMNÓN. PRINCIPADO DE ASTURIAS
Reg. Entrada N.º 2011010710057383
21/12/2011 11:00:29

Adjunto les enviamos debidamente firmada el acta de inspección de referencia CSN/AST/AIN/01/RX/O-1205/11, correspondiente a la inspección realizada el 15 de noviembre de 2.011 en las instalación cuyo titular es [REDACTED]

Sin otro particular y quedando a su disposición para cualquier aclaración que consideren oportuna, les saluda atentamente,

P.D.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN/AST/AIN/01/RX/0-1205/11** de fecha 15 de noviembre de 2011, correspondiente a la inspección realizada en la clínica dental sita en la calle [REDACTED] de Oviedo, Asturias,

el titular de la instalación, adjunta fotocopia contratación de servicios.

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios.

-El comentario o alegación no modifica el contenido del acta.

Oviedo, 18 de enero de 2012

Fdo.: [REDACTED]