

167889

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día dieciocho de septiembre de dos mil siete en **CONTROL GEOTECNICO DEL SUR S.L. (COGESUR)**, sito en [REDACTED] en el Puerto de Santa María (Cádiz).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos y cuya autorización de puesta en marcha fue concedida por el Ministerio de Economía con fecha 30 de enero de 2003.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de dos equipos [REDACTED] M-330206868 y M-371204064 y uno [REDACTED] MD 40807540, que no se utiliza.
- Las revisiones de los equipos y las pruebas de hermeticidad las efectúa [REDACTED] (5-3-07), encontrándose el nº M-371204064 pendiente de revisión.
- Disponen de tres monitores de radiación [REDACTED]
- Disponen de tres Diarios de Operación. [REDACTED]





- Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador. \_\_\_\_\_
- Dispone de dosímetros personales, sin datos significativos. \_\_\_\_\_
- Efectúan reconocimientos médicos en  \_\_\_\_\_
- El personal está clasificado en la categoría B. \_\_\_\_\_


### DESVIACIONES

- No han remitido al CSN el Informe Anual. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinte de septiembre de dos mil siete.



**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CONTROL GEOTECNICO DEL SUR S.L. (COGESUR)**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.






**COGESUR**

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Telf.: 95



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

A/A: D. [Redacted]

c/ Pedro Justo Dorado Dellmans, nº 11  
28040 MADRID

El Puerto de Santa María, 10 de Octubre de 2007

REFERENCIA: **Referencia CSN/AIN/05/IRA/2625/07**

Estimados Sr:

Según nos tiene solicitado en su escrito de fecha 21/09/2007, adjuntamos los documentos siguientes:

- Ejemplar del Acta de Inspección, debidamente firmada y sellada
- Informe Anual 2006 de la IRA
- Copia del Certificado de Revisión y Perfil Radiológico del Equipo Nuclear M-371204064 y del Certificado de Verificación de la Hermeticidad de la Fuente Radioactiva

Sin otro particular y a la espera de que con la documentación enviada se complete el trámite legal, aprovechamos la ocasión para saludarle.

Atentamente,

[Redacted Signature]

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
REGISTRO GENERAL  
CADA 20869  
15-10-2007 14:10

Fdo. [Redacted]  
Supervisor

CONTROL GEOTECNICO DE S.R.L. - Ingeniería Mecánica de Cádiz, Tomo 315, Libro 0, Lote 1, Sección B, Folio: CA97594, inscripción: 19.01.07 B 11.648.218