www.csn.es

CSN/AIN/41/IRA/1449/11



Hoja 1 de 4

ACTA DE INSPECCION

D. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.
CERTIFICA: Que se personó el día veintinueve de noviembre de dos mil once en VORSEVI S.A., sita en la Cartuja) en Sevilla.
Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos y radiografía industrial, cuya última autorización de modificación (MO-16) fue concedida por el Ministerio de Industria, con fecha 21 de febrero de 2011.
Que la Inspección fue recibida por D. Supervisor y D. Supervisor y D. Supervisor y D. Supervisor, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.
Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:
En la planta semisótano se encuentra una dependencia señalizada, con de la cual se halla un recinto con paredes de hormigón de 20 cm de espesor.
Los niveles de radiación medidos no superaron valores de fondo

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/41/IRA/1449/11



Hoja 2 de 4

- Disponen de 25 equipos / un equipo de rayos X:

EQUIPO	N° SERIE	DELEGACION
	18404	Almeria
	18833	Badajoz
	31017	Badajoz
	61133	Badajoz
	15982	Cáceres
	33409	Cáceres
	36205	Cádiz
	34494	Cádiz
	32193	Cádiz
	32327	Cordoba
	19123	Granada
	16761	Granada
	31395	Granada
	14800	Huelva
	34880	Jaén
	39551	Jaén
	18662	Málaga
	15634	Málaga
	60825	Málaga
	19097	Málaga
	33410	Málaga
	16857	Málaga
	31020	Sevilla
	32320	Sevilla
_	36668	Sevilla
		Sevilla



- 88	quinquenal de las varillas
_	efectúa las pruebas de hermeticidad anuales
-	Disponen de procedimiento para la revisión y mantenimiento de los equipos por los Supervisores y Operadores.

 Disponen de procedimiento para la calibración y verificación de los equipos de medida de radiaciones, en el que se establece la calibración cada cuatro años de un equipo de referencia y la verificación semestral

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/41/IRA/1449/11



Hoja 3 de 4

	del resto, por medidas comparativa con el citado equipo (revisión de mayo de 2011).
-	El equipo de referencia citado anteriormente es de la firma modelo nº 01232, calibrado en origen con fecha 16 de enero de 2009.
-	Disponen de procedimiento para la notificación de deficiencias.
-	Han incorporado al plan de emergencia la IS-18.
-	Disponen de un Diario de Operación general y uno por equipo, siendo visados por el Supervisor cada tres meses, encontrándose disponibles los correspondientes a los equipos almacenados en la instalación
-	Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos.
-	Disponen de una Licencias de Supervisor y veintinueve de Operador en vigor y han solicitado una de Operador.
_	El personal está clasificado en la categoría B.
<u>-</u>	Efectúan reconocimientos médicos en
-	Disponen de señalización para los vehículos y material de balizamiento.
	D. es el Consejero de transporte
_	Se encuentra archivada la documentación relativa al transporte
-	Han efectuado cursos de formación en 2010, dirigidos por la responsable de seguridad y salud de la empresa y el supervisor.
-	Han remitido al CSN el informe anual.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a uno de diciembre de dos mil once.


Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/41/IRA/1449/11



Hoja 4 de 4



TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **VORSEVI S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

