

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

**CERTIFICA:** Que se ha personado, acompañado por D. [REDACTED] funcionario de la CARM e Inspector en prácticas del CSN, el día dos de diciembre de 2011 en la instalación de rayos X de la Clínica Veterinaria Albeitar, cuyo titular es D. [REDACTED] con NIF: [REDACTED] sita en C/ [REDACTED] Totana, Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico veterinario, cuya última inscripción registral es de 31 de enero de 2001, con nº de inscripción IR/MU-1505.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Veterinario y Director de la instalación.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

### OBSERVACIONES

#### **UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación se encuentra ubicada en bajo comercial de un edificio destinado a viviendas en la dirección antes indicada, sin sótano. \_\_\_\_\_
- En la instalación se encuentran un equipo de Rayos X [REDACTED] modelo [REDACTED] \_\_\_\_\_

- La instalación dispone de la señalización reglamentaria control de accesos. \_\_\_
- En la instalación se disponen dos delantales y manoplas plomados. \_\_\_\_\_

## DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

- Se dispara el equipo de rayos, con una técnica de 72 kV, 16 mA y 0,16 seg., registrándose en la puerta de la sala de RX, una tasa de 22  $\mu$ Sv/h. El resto de las dependencias no están ocupadas en el momento de las prácticas. \_\_\_
- Se realizan unas 10 radiografías al mes. \_\_\_\_\_

## TRES GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se exhibe a la inspección el nº de registro de la instalación con fecha 23/3/2009. \_\_\_\_\_

- El director de la instalación dispone de la correspondiente acreditación. \_\_\_\_\_

- El control dosimétrico se refiere a un TLD de cuerpo entero gestionado por el [REDACTED] sin registros a destacar referidos a Octubre de 2011. \_\_\_\_\_

- El titular exhibe a petición de la Inspección los siguientes documentos:

- Programa de Protección radiológica, Certificado anual de vigilancia de nivel de radiación de fecha y Control de calidad realizado por la UTPR [REDACTED] el 30/6/2011 \_\_\_\_\_

## DESVIACIONES

- No está disponible el registro de la instalación. \_\_\_\_\_
- No está disponible el certificado de conformidad de la instalación. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre

Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a siete de diciembre de 2011.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL

Fdo. [Redacted]

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de D. [Redacted] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a continuación, conformidad o reparos al contenido del Acta.

Fdo. [Redacted]

- NOTA, • El texto del oficio de remisión de este acta no se corresponde con la misma puesto que se refiere a una inspección del día 4 de noviembre, y de un acta remitida anteriormente.
- Se le adjuntado la documentación requerida, tanto a la D.G. de industria, como a la empresa contratada para el control radiológico de la instalación.

## DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX-MU/1505/2011** de fecha dos de diciembre de 2011, correspondiente a la inspección realizada en la Clínica Veterinaria Albeitar, sita en la [REDACTED] Totana en Murcia

D. [REDACTED] Titular de la instalación manifiesta REPAROS o alegaciones al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios no modificando el contenido del acta

Murcia, 9 de enero de 2012

[REDACTED]

Edo.: [REDACTED]