

## ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se personó el día once de septiembre de dos mil catorce en el **INSTITUTO DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. (IACC)** sito en [REDACTED] de Mairena del Aljarafe (Sevilla-41927).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya última autorización fue concedida por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Economía, de fecha 5-04-04.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Apoderado de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La empresa titular de la instalación permanece en concurso de acreedores. \_\_\_\_\_
- La instalación está cerrada. Las llaves de acceso a la instalación están custodiadas por el apoderado D. [REDACTED] y el gerente D. [REDACTED]. \_\_\_\_\_
- Tienen un recinto de almacenamiento de hormigón blindado, con capacidad para almacenar los equipos incluidos en la autorización, que estaba señalizado reglamentariamente, de uso exclusivo y con control de accesos. \_\_\_\_\_

- En el interior del recinto de almacenamiento estaban los siguientes equipos: [redacted] n/s 19122 y [redacted] n/s 18000.
- El equipo troxler n/s 3430 n/s 23339 ha sido vendido a [redacted]  
[redacted] No estaba disponible el contrato de compra-venta. \_\_\_\_\_

#### DESVIACIONES

- No estaba disponible el contrato de compra-venta del equipo troxler n/s 3430 n/s 23339 vendido a [redacted]. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de IACC para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta. EN GRANADA A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014,

[redacted] CON DNI [redacted]  
COMO SUPERVISOR DE LA INSTALACIÓN IRA/2140  
MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL  
ACTA CON REF CSN/AIN/22/IRA/2140/14 [redacted]