

851778



ACTA DE INSPECCION

D/D^a [redacted], Inspector/a del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día once de octubre de dos mil doce, en el **SERVICIO DE INMUNOLOGÍA** del **HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL**, sito en la [redacted] en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva dedicada a la realización de técnicas de radioinmunoensayo para diagnóstico e investigación médica, con autorización de Puesta en Marcha concedida por la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía, con fecha 3 de septiembre de 1990, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por D. [redacted] Supervisor de la instalación y D. [redacted] y D^a [redacted] r, pertenecientes al Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación se encuentra ubicada en la planta -1 izquierda del Hospital. _____
- La instalación dispone de un laboratorio con una zona de trabajo con isótopos radiactivos que se encuentra bien delimitada y de un laboratorio donde se depositan los residuos radiactivos temporalmente y se almacenan los productos radiactivos en el frigorífico. _____



- Las dependencias de la instalación se encuentra señalizadas en el exterior como Zona Vigilada, dispone de medios para establecer un control de acceso, material de radioprotección, solución descontaminante y contenedores para la gestión y almacenamiento temporal de residuos radiactivos. _____
- En el momento de la inspección no se observaron isótopos o actividades no autorizadas. _____
- Según se manifiesta a la inspección y se comprueba en el Diario de Operación, actualmente solo trabajan con I-125 y durante el año 2011 no trabajaron con material radiactivo. _____
- Disponen de Diario de Operación, ref. 402.01.87, en el que se anotan las entradas/salidas de material radiactivo, la dosimetría y el control de contaminación y niveles de radiación. No hay anotadas incidencias. ____
- Disponen de una licencia de Supervisor y una licencia de Operador en vigor. _____
- No disponen de monitor de radiación propio. _____
- El Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica efectúa mensualmente controles de contaminación y niveles de radiación de la instalación. Disponen de registros (último 18 de septiembre de 2012). _
- Los residuos radiactivos generados se almacenan en la instalación hasta su retirada por el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica al Almacén General de Residuos. _____
- Todo el personal expuesto está clasificado como categoría B. Disponen de 2 dosímetros personales asignados al personal de la instalación, procesados por el [REDACTED] con último registro agosto de 2012, y con valores de dosis profunda acumulada de fondo. _____
- Disponen de documentación justificativa de que el personal de la instalación conoce el Plan de Emergencia y el Reglamento de Funcionamiento. _____
- Se ha incorporado la Instrucción IS-18, sobre los criterios para la notificación de sucesos e incidentes radiológicos en instalaciones radiactivas, al Plan de Emergencia de la instalación radiactiva. _____
- Se ha elaborado un procedimiento de "Comunicación de deficiencias" según el artículo 8 bis del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre



por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero.

- Las tasas de dosis medidas en la instalación no superaron el fondo radiológico ambiental. _____
- Se ha recibido en el Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual de la instalación correspondiente al año 2011. _____

DESVIACIONES

- No se ha realizado formación en materia de protección radiológica para todos los trabajadores expuestos de la instalación. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de octubre de dos mil doce.



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **"SERVICIO DE INMUNOLOGÍA del HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL"**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Hospital Universitario
Ramón y Cajal

 Comunidad de Madrid

TRÁMITE

Se convocará próximamente a todo el personal de la Instalación para una sesión de formación continua en materia de Protección Radiológica.

Madrid a 5 de noviembre de 2012


SaludMadrid  Comunidad de Madrid

Fdo.


Director Gerente