

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintinueve de septiembre de dos mil quince en la calle [REDACTED] de Oviedo, donde figura inscrita una instalación cuyo titular es **CENTRO DENTAL [REDACTED]**, N.I.F. B-[REDACTED]


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso veterinario ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en mayo de 2014 (IR-1072).-----



SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 2 de 2

La instalación, de segunda categoría, coincide sensiblemente con la registrada y está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Se encuentran instalados dos [REDACTED] (número de serie QGXA257 y QGXA258/220129), un [REDACTED] (4051764/04021200) y un [REDACTED] (041-0385).-----

Disponen de dos acreditaciones para dirigir instalaciones de rayos X; un delantal plomado y un protector tiroideo; así como de Programa de Protección Radiológica realizado por [REDACTED] en fecha indeterminada.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por [REDACTED] en 2014 y 2015. Se realiza control dosimétrico de un usuario por [REDACTED] siendo la última lectura de julio de 2015 sin valores significativos.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a veintinueve de septiembre de dos mil quince.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CENTRO DENTAL** [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Centro Dental [REDACTED] es una instalación radiactiva destinada a uso dental, no veterinaria

CENTRO

DILIGENCIA

En relación con los comentarios realizados al acta de inspección de referencia CSN-AST/AIN/01/RX/O-1858/15, de fecha 29 de septiembre de 2015, el inspector que suscribe manifiesta:

- Se aceptan los comentarios.
- El comentario, o alegación, no modifica el contenido del acta.

En Oviedo, a 19 de octubre de 2015.

A rectangular grey box redacting the signature of the inspector.A rectangular grey box redacting the name of the inspector.A small handwritten mark or flourish below the redacted name area.