

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día dieciséis de julio de 2009 en las instalaciones de la Delegación de la Mutua UMIVALE M.A.T.E.P.S.S. Nº 15, de [REDACTED] sito en [REDACTED] Yecla, (C.P. 30510), Murcia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico general, y que tiene la última inscripción, con el nº RX/MU -1193 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 29/10/2008.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Director Territorial, acompañado por D^a [REDACTED] Operadora, que colaboró durante la inspección.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación está ubicada en la planta baja de un edificio destinado a viviendas y consta de una sala señalizada reglamentariamente donde se encuentra un equipo constituido por un generador [REDACTED] modelo [REDACTED] con un tubo [REDACTED] modelo [REDACTED] nº de serie 42514. _____



- Se disponen de medios suficientes para establecer un acceso controlado y existe aviso a embarazadas. _____
- En la sala se dispone de delantal protector gonadal y protector toroidal plomados. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Durante la inspección se realizaron dos disparos, sobre maniquí de agua, orientados verticalmente, con la técnica 80 kV, 60 mAs y 0,2 seg., asignada a prueba de radiografía lumbar, detectándose las siguientes tasas de dosis:
 - En la cabina de control: 1,19 μ Sv/h. _____
 - En sala de curas, consulta 2: 1,02 μ Sv/h. _____

- Posteriormente se realizó un disparo, sobre maniquí de agua, orientado verticalmente, con la técnica 85 kV, 45 mAs y 0,15 seg., asignada a prueba de radiografía de torax, detectándose en la sala de curas nº 2, 168 nSv/h. _

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Se justifica la acreditación del Director de la instalación y de tras operadores. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La Inspección verifica el Diario de Operaciones, está actualizado y sin firmar por el Director, figurando el sello de la UTPR _____ no figurando tipo alguno de incidencias reseñables. _____
- En el momento de la inspección esta instalación tiene asignados 4 dosímetros personales y se comprueba el informe dosimétrico del mes de mayo de 2009 realizado por _____ no habiendo incorporación de dosis significativas. _____
- Se comprueba la disponibilidad del Control de Calidad Anual realizado por la UTPR _____ en mayo de 2009 sin anomalías que destacar. _____

- Se verifica el envío al CSN del informe anual, correspondiente al año 2008 en febrero de 2009, sin incidencias destacables. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a veintidós de julio de dos mil nueve.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo.: _____

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de Mutua UMIVALE M.A.T.E.P.S.S. Nº 15, de Yecla., para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme.

umivale
MATEPSS Nº 15
30 JUL. 2009
YECLA