

ACTA DE INSPECCIÓN

Instalación	HOSPITAL DE LLEVANT		
Titular	HOSPITAL DE LLEVANT, SL		
Dirección	[REDACTED] 07680 Manacor		
Código	[REDACTED]	NIF	[REDACTED]
Actividad	General	Tipo	I
Fecha inscripción	27/06/2013	Última anotación	06/05/2015
Fecha inspección	15/06/2016	Finalidad	Control

D. [REDACTED] jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el quince de junio de 2016 en el HOSPITAL DE LLEVANT, sita en [REDACTED] 07680 Manacor.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXMPM 1924, a nombre de HOSPITAL DE LLEVANT, SL, inscrita en el Registro el 27 de junio de 2013.

La Inspección fue recibida por [REDACTED] director médico del centro, quien fue informado de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El representante del titular fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone de los equipos que se relaciona a continuación, inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico:

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
QUIROFANO			B1S11002	110	6
PORTÁTIL			501314283	125	300
RADIOLOGÍA			98086HL2	150	1000
TAC			4CC07X3100	120	300
ORTOPANTO			70800959	85	10
MAMOGRAFO			584130BU9	49	600
INTRAORAL			70662441	65	7




DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Están disponibles acreditaciones para dirigir instalaciones de rayos X a nombre de [redacted] radióloga, y [redacted] odontólogo.
- Están disponible acreditaciones para operar equipos de rayos X a nombre de [redacted]
- Se realiza el control radiológico de los trabajadores expuestos. Están disponibles los historiales dosimétricos sin que se hayan sobrepasado los límites de dosis establecidos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible el certificado de conformidad de la instalación emitido por la UTPR [REDACTED] el 29 de febrero de 2016.
- Consta la realización del control anual de calidad de equipos y la vigilancia anual de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en las áreas colindantes por la UTPR [REDACTED]
- Consta la remisión al CSN del informe anual correspondiente al año 2015.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección Gen [REDACTED] al el 17 de junio de 2016.


TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante de HOSPITAL DE LLEVANT, SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

[REDACTED] **HOSPITAL DE LLEVANT S.L.** [REDACTED]

[REDACTED]