

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día diecisiete de febrero de 2010 en las instalaciones de la Clínica de D. [REDACTED] de NIF: [REDACTED] sita en C/ [REDACTED] A, 30001, Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el domicilio citado, destinada a radiodiagnóstico podológico, que figuraba inscrita el 1 de marzo de 2000, con el nº RX/MU -1328 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director y operador único de la instalación.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La clínica esta situada en un edificio de oficinas, en el que se encuentran instalados, en salas distintas, dos equipos de rayos X que se describen seguidamente:
 - [REDACTED] tipo [REDACTED] con número de serie, PN 26611, sin marcado CE, y
 - [REDACTED] modelo [REDACTED] número de serie, CS941130.
- La instalación dispone de aviso a embarazadas y señalización reglamentaria para ambas salas. _____



- ██████████
- La instalación dispone de delantales plomados, collarín y guantes plomados. _____
 - El acceso a las salas de rayos x está controlado. _____
 - En la instalación no dispone de puertas plomadas, no pudiéndose verificar el emplomado de las paredes y techo. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- ██████████
- Durante la inspección se realizaron disparos con los equipos sobre un vaso lleno de agua, que dieron las siguientes lecturas:
 - Equipo ██████████ con 65 Kv, 10 mA y 0,7 s, el operador utiliza pulsador de disparo por cable desde pasillo contigua, a dos metros de distancia, con puerta casi cerrada: 0,36 μ Sv/h.
 - Equipo ██████████ con 40 kV, 0,15 mA, 12,31 s de tiempo, a pie de tubo, se lee: 6,1 μ Sv/h

Durante la actuación con el equipo ██████████ no se utilizan barreras de protección. La inspección recomienda que se utilicen. _____



TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Se justifica la acreditación del D. ██████████ como Director de la instalación, que actúa como único operador de la instalación. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación dispone de Diario de Operaciones, con la última anotación fechada en 12/02/2010. Sellado por la UTPR ██████████ _____
- En el momento de la inspección esta instalación dispone de un dosímetro de solapa cuyo último informe dosimétrico, realizado por ██████████ a diciembre de 2009, no arroja lecturas significativas. _____



- Se verifica el envío del Informa anual correspondiente a 2008 al CSN el y la disponibilidad del informe correspondiente a 2009. _____
- Se comprueba la existencia del último Informe de Control de calidad realizado por la UTPR  el 28/5/2009 sin anomalías en la instalación.


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a quince de marzo de 2010.



INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C S N

Fdo. 

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a D. , para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



25/3/2010.

Fdo. 