

**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/01/RX/M-3541/07

Hoja 1 de 3

**ACTA DE INSPECCION**

██████████ Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear, acompañado de ██████████  
██████████ Inspectores en Prácticas

**CERTIFICAN:** Que se han personado el día ocho de enero de dos mil siete en la CLÍNICA DENTAL TORRE ESPAÑA, cuyo titular es ██████████  
██████████ y que se encuentra ██████████  
██████████ en Alcalá de Henares, Madrid ██████████

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid desde fecha 09/05/2001.

Que la inspección fue recibida por la recepcionista del centro, ██████████  
██████████ quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

**OBSERVACIONES**

**UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación se componía de una única sala, en la que el único equipo existente es de la marca ██████████ modelo ██████████ n° de serie: 31000008. La sala estaba reglamentariamente señalizada. \_\_\_\_\_



**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/01/RX/M-3541/07

Hoja 2 de 3

- Disponían de un delantal plomado. \_\_\_\_\_
- El equipo tiene un pulsador con un cable extensible de, al menos, dos metros de longitud. \_\_\_\_\_

#### DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- No se midieron niveles de radiación ya que en el momento de la inspección no había ningún operador. \_\_\_\_\_

#### TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION


- La persona que dirige y opera la instalación es \_\_\_\_\_ que dispone de acreditación para ello. Asimismo es la única persona considerada como expuesta a radiaciones. \_\_\_\_\_
- El control dosimétrico es realizado por \_\_\_\_\_

#### CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Según manifestaron, realizan menos de 10 a 15 radiografías/semana \_\_\_\_
- El nombre de la clínica que se encuentra registrado es Clínica Dental \_\_\_\_\_ Según se manifiesta, ahora la clínica se denomina Clínica Torre España. \_\_\_\_\_

#### DESVIACIONES

- El dosímetro personal utilizado por la trabajadora expuesta no estaba a su nombre sino al de \_\_\_\_\_ Se incumple por tanto la Especificación 6ª del Anexo I del Real Decreto 1891/1991, sobre instalación y utilización de instalaciones de radiodiagnóstico médico. \_\_\_\_\_
- No había cartel de aviso a embarazadas. \_\_\_\_\_




**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR




Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintidos de febrero de dos mil siete.



---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLÍNICA DENTAL TORRE ESPAÑA" (Alcalá de Henares) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta



*Alcalá de Henares, 7 de marzo de 2007*

Alcala de Henares ,veinte de Abril de 2007

Estimado Señor [REDACTED]

Quisiera disculparme por la mala interpretacion que le he dado a su carta donde se redactaba el informe de la inspeccion realizada dias atras.

Pense que solo debia confirmar que la clinica solo dispone de un dosimetro,lo cual es verdad y que el Doctor responsable del mismo es el [REDACTED] por eso me limite a firmarla y reenviarla.

Tras la conversacion telefonica que ayer mantuvo con la Secretaria del Centro me entere de mi error.

Por lo cual vengo a decir que el UNICO director de la unidad asistencial de radiodiagnostico dental y responsable de portar el dosimetro y efectuar las radiografias es el Doctor [REDACTED]

Con respecto al cartel informativo de pacientes embarazadas quiero añadir que se dispone de uno que informa a todos los pacientes de la obligacion de informar al profesional del estado de embarazo o de la posibilidad de este.

El mismo se ubica en la sala de espera junto al pasillo de acceso al gabinete

Si a pesar de esta carta desea usted ponerse en contacto directo conmigo pongo a su disposicion mi numero de telefono movil que es el [REDACTED]

Sin mas ruego nuevamente me disculpe y le saludo atentamente

[REDACTED]

PD:Disculpe la ausencia de acentos en la carta.No funciona el del teclado

(CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR)  
REGISTRO GENERAL  
ENTRADA 10319  
Fecha: 20-04-2007 13:03