



ACTA DE INSPECCION

D^a [REDACTED], Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día trece de marzo dos mil catorce, en la [REDACTED] en Pozuelo de Alarcón sede donde estaba archivada la documentación de "ACCURAY SPAIN S.L.U."


Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección a una instalación destinada a la comercialización de equipos aceleradores de electrones y cuya autorización de funcionamiento y última modificación (MO-1) fue concedida por la Comunidad de Madrid con fecha 14 de enero de 2008 y última modificación (MO-1) de fecha: 06-06-2013.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La inspección se personó en las dependencias de la instalación [REDACTED], (IRA/2822) sita en [REDACTED] en Pozuelo de Alarcón, donde se encontraba archivada toda la documentación de "ACCURAY", pendientes de su traslado definitivo a las dependencias de la sede social en [REDACTED] (Campo de la Naciones). La inspección estuvo acompañada de D^a [REDACTED] personal administrativo de [REDACTED] que realiza tareas de gestión de los documentos. _____



- Estaba disponible la acreditación de formación para los equipos de [REDACTED] dada por la casa comercial ACCURAY [REDACTED] a los técnicos: D. [REDACTED] y D. [REDACTED] (ambos supervisores de la instalación); cursos realizados en noviembre 2011 y en febrero de 2012, respectivamente. A partir de abril de 2013, estos técnicos son los que han intervenido en las actividades de mantenimiento de los equipos de radiocirugía [REDACTED].
- Estaba disponible el detector de la instalación de marca [REDACTED] (n/s 02700); el equipo se envió a reparar a la fábrica [REDACTED] estaba disponible el certificado de calibración emitido por [REDACTED] (después de la reparación) de fecha: 09-12-13. Estaban disponibles tres Dosímetros digitales (DLDs), [REDACTED] utilizados por los técnicos en el curso de sus intervenciones de mantenimiento. _____
- Estaba disponible el Diario de Operación de la instalación, diligenciado, relleno y actualizado con todas las intervenciones mencionadas. _____
- Disponen de dos licencia de supervisor, y cuatro de operador, todas ellas en vigor y aplicadas a la instalación. _____
- Estaban disponibles las lecturas dosimétricas anuales correspondientes a los trabajadores con licencia; valores de no significativos (fondo), salvo dos valores de dosis "administrativa asignada" (por no envío mensual del dosímetro de D. [REDACTED]). _____
- Realizan revisiones médicas anuales, últimos aptos médicos corresponden al año 2013. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecisiete de marzo de dos mil catorce.



SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia CSN/AIN/05/IRA/2927/14 de fecha 13 de marzo de 2014, correspondiente a la inspección

realizada a la instalación de ACCURAY

D. [REDACTED] supervisor, manifiesta su conformidad con el contenido del acta adjuntando diferentes comentarios

La inspectora que suscribe manifiesta su aceptación a los comentarios, que no afectan al contenido del Acta

Madrid, 31 de Marzo de 2014



10 - 21

