

CSN/AIN/09/IRA/2435/10

Hoja 1 de 4

189295

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día diecisiete de febrero de dos mil diez en la instalación radiactiva de la **FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER**, sita en [REDACTED] Salamanca.


La visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva destinada a la investigación, cuya última autorización (MO-01) fue concedida por Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León en fecha 6 de mayo de 2008, y con sede ubicada en el lugar citado.

La Inspección fue recibida por D^a [REDACTED] Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de tres licencias de Supervisor y cuatro licencias de Operador en vigor. _____
- Todo el personal expuesto está clasificado como categoría B. Disponen de 47 dosímetros personales y tres dosímetros de incidencia, cuyo último registro de diciembre de 2009, muestra valores de dosis profunda acumulada inferiores a 0,25 mSv. _____
- No disponían de dosímetros de anillo debido a que, según se manifestó, las investigaciones que se realizan no los requieren. _____



- Realizan la revisión médica anualmente de forma voluntaria. _____
- Tienen previsto implantar este año un curso online con examen incluido para cumplir con la formación bienal obligatoria sobre el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia. _____
- Disponen de procedimiento para la Comunicación de deficiencias en aplicación del artículo 8 bis del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero. _____

Habían incorporado en el Plan de Emergencia la Instrucción IS-18, sobre los criterios para la notificación de sucesos e incidentes radiológicos en instalaciones radiactivas. _____



El inventario (material+residuos) de actividad de la Instalación según última anotación en el Diario de Operación en febrero 2010 era: _____

- ^{32}P < 86,06 MBq. _____
- ^{35}S < 0,21 MBq. _____
- ^3H < 92,6 MBq. _____
- ^{14}C < 48,84 MBq. _____
- ^{125}I < 3 KBq. _____

- La inspección visitó las siguientes dependencias; _____

En la *planta* -3 del edificio: una sala de control y una sala donde se ubica un difractor de rayos X con un generador de ánodo rotatorio modelo _____ y n/s 400064 de la firma _____

En la *planta* -2 del edificio: el almacén de residuos radiactivos y la cámara β , que se acceden por una habitación común equipada con extintor, delantal plomado y con ducha y lavaojos de emergencia, y la cámara γ . _____


En la *planta* -1 del edificio los laboratorios número 13, 14 y Común. _____

En la *planta baja* del edificio los laboratorios número 4 y 5. _____

- Todos los laboratorios disponen de señalización reglamentaria, mamparas de metacrilato como material de radioprotección, contenedores para la gestión y almacenamiento temporal de residuos

radiactivos, monitores de contaminación, material para descontaminación, superficies de trabajo debidamente acondicionadas, diario de operación así como material radiactivo dentro de los límites autorizados. _____

- La sala donde se encuentra el difractor se encuentra señalizada, dispone de señalización luminosa y de control de acceso. _____
- El día de la inspección se puso en funcionamiento el equipo de rayos X y se comprobaron el buen funcionamiento de los elementos de seguridad, luces, enclavamientos y setas de parada de emergencia. ____
- Los residuos depositados en el almacén estaban segregados por isótopos y estado físico, y debidamente etiquetados y dispuestos. _____
- Según se manifiesta, las cámaras β y γ situadas en la planta -2 del edificio no se han utilizado desde la última inspección. _____




Disponen de doce monitores de radiación operativos, que verifican cada dos años y calibran cada cuatro. _____

Efectúan un chequeo de la posible contaminación en los puestos de trabajo antes y después de las jornadas en las que utilizan material radiactivo. Realizan frotis en el caso de que utilicen carbono o tritio. ____

El departamento de protección radiológica efectúa verificaciones periódicas de contaminación en todos los lugares de trabajo _____

- Todas las medidas de tasa de dosis realizadas en la instalación no superaron el fondo radiológico ambiental. _____
- Disponen de un Diario de Operación General, actualizado y firmado donde se anota el inventario mensual de isótopos, datos la entrada de material radiactivo, el inventario de residuos radiactivos, la dosimetría, vigilancia de área e incidentes de contaminación leve. No hay incidencias anotadas. _____
- Disponen de un Diario de Operación, para el laboratorio común donde anotan datos, entre otros, referentes a la fecha, usuario, radionucleido utilizado y chequeos de contaminación. Además cada laboratorio dispone de un cuaderno diligenciado en el que figuraban anotadas las entradas de isótopos, usuarios, actividad utilizada y residuos generados.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de febrero de dos mil diez.



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de la **"FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER"** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORTE

SALAMANCA, 8 de MARZO DE 2010