

ACTA DE INSPECCIÓN

inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 6 de junio de 2019 en las instalaciones de **CENTRO PET HOSPITAL DE JOVE, S.L.U.**, s

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso médico, cuya autorización vigente (MO-1) fue concedida por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, con fecha 2 de diciembre de 2011.

La Inspección fue recibida por doña _____ Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

En un recinto blindado, señalizado y provisto de acceso controlado, se encontraba instalado un equipo _____

En la gammateca se encontraba un recinto de manipulación, un contenedor basculante blindado, dos protectores de jeringuilla, recintos de almacenamiento móviles para el desplazamiento de material y residuos, así como medios de descontaminación.-----

En el interior del recinto de manipulación se encontraban tres fuentes de calibración de _____ con números de serie _____ y una fuente de _____

Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación de la firma modelo _____ calibrado por UPC-INTE en 2014.-----

Fue exhibida la siguiente documentación: Diario de Operación (02.15); una licencia de Supervisor y dos de Operador; certificados de aptitud para el trabajo con radiaciones ionizantes realizados por _____ en 2019; registros dosimétricos,

realizados por _____ os correspondientes a cinco dosímetros de área y por Dosimetría Radiológica los correspondientes a cinco de solapa y dos de anillo, siendo los últimos correspondientes al mes de junio y sin valores significativos. -----

Consta la presentación del informe anual correspondiente a 2018.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo a 10 de junio de 2019.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CENTRO PET HOSPITAL DE JOVE, S.L.U.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Conforme
13/6/19