

CSNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEARACTA DE INSPECCIÓN

Don [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,

CERTIFICA:

Que se ha personado el día cuatro de marzo de dos mil trece, en el "CENTRO VETERINARIO ABODI", sito en la calle [REDACTED] en BARAÑAIN (Navarra), con NIF [REDACTED]-----

Que la visita tuvo por objeto el control del funcionamiento de la instalación de rayos X con fines de diagnóstico veterinario, ubicada en el emplazamiento referido, cuyo código de registro es NA-1353 a nombre de D. [REDACTED] y cuya última notificación de inscripción fue realizada en fecha 14 de enero de 2002.-----

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Veterinario titular de la Clínica, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Protección Radiológica.-----

Que el titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.--

Que de las comprobaciones realizadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

- La instalación consistía en una sala, en la cual se encontraba instalado un equipo de rayos X de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] con nº de serie G14899, de 125 kV y 200 mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente. Que en el generador de dicho equipo no estaban visibles sus correspondientes placas de identificación.-----

CSNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Ni las paredes ni la puerta de la sala se encontraban plomadas.-----

- La sala se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.-----

- Fueron medidos los niveles de radiación en el puesto ocupado por el operador del equipo, utilizando un maniquí, con el siguiente resultado: Condiciones de disparo: 60 kV, 200 mA y 0.08 seg., dentro de la sala, las tasas de dosis medidas fueron de 100 μ Sv/h.-----

- Estaba disponible el siguiente material de protección radiológica: dos delantales plomados de 0.35 mm., un protector tiroidal de 0.3 mm. y un par de manoplas plomadas de 0.5 mm. de espesor.-----

- Estaban disponibles el Programa de Protección Radiológica de la instalación y las Normas Básicas de Protección Radiológica.-----

- Estaba disponible una acreditación para dirigir el funcionamiento de la instalación a nombre de D. [REDACTED]-----

- Realizan el control dosimétrico de una persona, D. [REDACTED] mediante dosímetros personales de termoluminiscencia, procesados por el [REDACTED] de Majadahonda (Madrid), archivándose los informes dosimétricos correspondientes, en los cuales no se reseñaba ninguna dosis anómala.-----

- No estaba disponible ningún certificado actualizado de los reconocimientos médicos del personal expuesto a las radiaciones ionizantes. Que dicho personal estaba clasificado como categoría "B".-----

- Estaban disponibles los informes de los controles de calidad del equipo, así como los de las medidas de la radiación, realizados por la UTPR "[REDACTED] S.L." de Zaragoza. Que la última revisión fue realizada en fecha 26/09/12. Que estaba disponible el certificado de conformidad de la instalación.----

- Estaba disponible el contrato de prestación de servicios entre la UTPR y el titular de la instalación.-----

CSN



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Según se manifestó, el equipo no había sido intervenido ni reparado desde su instalación.-----

- Según informó la UTPR, habían remitido al C.S.N. los Informes Periódicos de actividades.-----

DESVIACIONES:

- No se detectaron.-----

Que con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y el Real Decreto 1085/2009 sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, en Pamplona a siete de marzo de dos mil trece.

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado del "CENTRO VETERINARIO ABODI", para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En Barañáin a 15 de Marzo de 2013

[Redacted signature area]

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
Paseo de la Victoria 10
E-48940 Leizor (Navarra)
Tel. 945 247 155

[Redacted signature area]