

**ACTA DE INSPECCION**

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día dieciocho de noviembre de dos mil nueve, en el **INSTITUTO DE BRAQUITERAPIA DE ARAGÓN (CLÍNICA MONTECANAL)**, sito en la calle [REDACTED] en Zaragoza


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a técnicas de radioterapia, cuya autorización fue concedida, por la Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Economía, Turismo y Comercio, en fecha 19 de mayo de 2009.-----

Que la Inspección fue recibida por D<sup>a</sup>. [REDACTED] en representación del Instituto y D. [REDACTED] en representación de la firma Nucletrón, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En el denominado quirófano de urología, planta sótano, disponen de un equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] de ref 130081-05 n°. de serie 73.075, exhibiendo las pruebas de aceptación de dicho equipo.-----
- Disponen [REDACTED] n°.130990, según la documentación exhibida, para el almacenamiento seguro, de las fuentes radiactivas, marcadas con I-125.-----





- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación,   
 n°.18547, calibrado en origen en fecha 2009.-----
- Consta hayan solicitado el Diario de Operación de la instalación.-----
- Manifiestan haber solicitado al  tres dosímetros TLD de solapa y uno de muñeca, destinados a la supervisora, físico y enfermera, así como la solicitud de registro de la licencia de Supervisor, de la Dra.  a la instalación de referencia.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.



---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del “**INSTITUTO DE BREQUITERAPIA DE ARAGÓN**” para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.