

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado como inspector,

CERTIFICA: Que se personó el día dieciocho de junio de dos mil veintiuno en las instalaciones de la empresa **I.C.C. CONTROL DE CALIDAD, S.L.**, sitas en Almería.

La visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a la medida de densidad y humedad de suelos y cuya autorización de modificación vigente (MO-1) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, con fecha 30 de julio de 2003.

La Inspección fue recibida por , Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levantara de ese acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- Se dispone de un recinto de almacenamiento, señalizado reglamentariamente como zona vigilada con riesgo de irradiación externa, que tiene una capacidad máxima de almacenamiento de cuatro equipos de medida de densidad y humedad de suelos de la marca _____
- Se dispone de toma de corriente eléctrica próxima al recinto de almacenamiento y en lugar acotado. _____



- La instalación dispone de medios para efectuar un control de accesos y posee medios de extinción de incendios. _____
- El día de la inspección se encontraban almacenados en el recinto de almacenamiento dos equipos de medida de densidad y humedad de suelos de la marca _____
_____ . Los equipos estaban guardados en sus correspondientes maletas de transporte _____
- El equipo con _____ está fuera de uso. Hay cartel indicativo sobre la maleta correspondiente. _____
- Se dispone de señalización reglamentaria para los vehículos destinados al transporte por carretera. _____



DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- Se dispone de dos monitores de radiación: uno de ellos de la marca _____ y el otro de la _____
- Para el primero de los monitores mencionados en el párrafo anterior se dispone de etiqueta de calibración con fecha de 19/06/2017 expedida por el _____ pero no se dispone de certificado de calibración. _____
- Se dispone de los registros de verificación de los dos monitores. La última verificación tuvo lugar el día 09/09/2020. _____
- La calibración de uno de los monitores se hace cada cuatro años y la verificación anualmente. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN

- Las tasas de dosis máximas medidas por la Inspección con un monitor de la marca _____ , fueron los siguientes: _____
 - _____
 - _____

•

- Se realiza una medida de los niveles de radiación del recinto de almacenamiento con una periodicidad trimestral. Se dispone de registro de la vigilancia radiológica realizada desde la última inspección, siendo la última de ellas de fecha 09/09/2020. _____

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Se dispone de una licencia de supervisor y una de operador en vigor aplicadas en la instalación. _____
- El personal expuesto está clasificado como categoría A. Se dispone del certificado de aptitud médico del año 2020 emitido por _____, con fechas 20/02/2020 y 16/09/2020 para los dos trabajadores. _____
- Se dispone de dos dosímetros personales, procesados por el _____, con últimas lecturas disponibles de mayo de 2021 y con valores de dosis profunda acumulada anual de fondo. _____
- La última formación de protección radiológica impartida al operador tuvo lugar con fecha 18/02/2021. Hay registro de la misma, certificado de asistencia y relación del contenido impartido. _____



CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se dispone de Consejero de Seguridad en el Transporte contratado con el _____ (_____). No estaba disponible el certificado acreditativo. _____
- Se dispone de póliza para la cobertura de riesgo nuclear en el transporte con la compañía _____
- Se dispone de tres diarios de operación diligenciados: uno general para la instalación y otro por equipo _____. El diario de operación asignado al equipo _____ fuera de uso está muy deteriorado. Los diarios están actualizados. ____
- Se realizan cada seis meses revisiones en _____. Se dispone del certificado de revisión para las fechas 28/02/2020 y 26/11/2020 (último disponible). _____

- Se dispone, para el equipo _____, del certificado de la prueba de hermeticidad de las fuentes radiactivas, emitido por con fecha 26/11/2020. _____
- Se dispone, para el equipo _____ con n/s 13456, del informe de inspección de la varilla, emitido por _____ con fecha 20/09/2019. _____
- Se dispone de un modelo de carta de porte. _____
- Se ha recibido en el CSN, fuera de plazo, el informe anual correspondiente al año 2020. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta, en Madrid.



Firmado por
el día 02/07/2021 con un certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de **"I.C.C. CONTROL DE CALIDAD, S.L.L."** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado
digitalmente por

Fecha: 2021.07.09
11:56:31 +02'00'