



CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1659/2019

Hoja 3 de 3

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con los aparatos en ella existentes, de fecha 29/11/2017, tramitado por un procedimiento de Declaración responsable.
- El control dosimétrico se refiere a un dosímetro TLD de solapa utilizado, gestionado por _____, comprobando la inexistencia de valores significativos desde enero de 2018 a octubre de 2019.
- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 27/03/2019 por la UTPR _____ no señalando anomalías.
- Aporta certificado anual de vigilancia de nivel de radiación ambiental, de la misma fecha y por la misma UTPR que en el caso anterior, sin valores inadmisibles.
- Se exhibe contrato con la UTPR _____, de 23/06/2017.
- Dispone de Programa de Protección Radiológica.
- Se exhibe a la Inspección el Certificado de conformidad de la instalación, de 30/04/2019 de la UTPR _____. En él no se expresan observaciones u objeciones.
- Consta el envío al CSN del Informe bienal, con entrada en el CSN el 26/03/2018.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 30 de marzo de 2020.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo.: _____

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CSN
Región de Murcia
C/Alfonso X el Magnífico, 10
30001 Murcia
Tel: 968 81 00 00
Fax: 968 81 00 01
www.csn.es