

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED]. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintisiete de enero de dos mil quince, en **ICT IBÉRICA SL**, sita en la [REDACTED] Pol. Ind. [REDACTED] El Burgo de Ebro. Zaragoza.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya última autorización, fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 16 de enero de 2006.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED]. Responsable de Prevención de Riesgos Laborales y D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal técnico de la instalación, resulta que:

- En la nave de fabricación se encontraba un equipo de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] con fuente radiactiva de Kr-85 de 9,25 GBq de actividad en origen, nº. K2235P, señalizado.-----
- Los niveles de radiación medidos en la inmediaciones del equipo, no fueron significativos.-----
- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación, de la firma [REDACTED] nº.225480, calibrado en la [REDACTED] en fecha 2010.-----



El Burgo de Ebro
18/01/15

- Consta se realizan revisiones periódicas del equipo, desde el punto de vista de la protección radiológica, por el Supervisor de la instalación.-----

- **Fue exhibida la documentación, siguiente:**

- Diario de Operación de ref. 177/06.-----

- Licencia de Supervisor.-----

- Registros dosimétricos personales(1) y de área (1), al mes de diciembre de 2014, sin valores significativos.-----

- Informe anual, correspondiente al año 2013.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear dos de febrero de dos mil quince.

[Redacted signature area]


El Bq de Ebro
12/02/15

SN


CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/10/IRA-2797/15

Hoja 3 de 3



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo. 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **ICT. IBERÍCA. SL.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



*El Buzo de Ebro
12/06/15*