

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se personó el día veintiuno de junio de dos mil doce en **TUBOS REUNIDOS, APLICACIONES TUBULARES DE ANDALUCIA S. A.**, sita en [REDACTED] en Chiclana (Cádiz).

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a gammagrafía, cuya última autorización de modificación (MO-3) fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 28 de mayo de 2007.

Que la Inspección fue recibida por el D. [REDACTED], Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de una Licencia de Supervisor en vigor. \_\_\_\_\_
- No han comunicado la baja del operador D. [REDACTED] \_\_\_\_\_
- Efectúan reconocimientos médicos anuales en [REDACTED] \_\_\_\_\_
- El último informe dosimétrico, emitido [REDACTED] corresponde al mes de abril de 2012 y no presentaba valores significativos. \_\_\_\_\_
- El equipo [REDACTED] n/s 166, con fuente de Ir-192, X-371 de 1606 GBq en fecha 22-01-09 ha sido cedido a la empresa [REDACTED]

(Ira/1509) en fecha 28/11/11. Dicho comunicado causó entrada en el CSN en fecha 02/12/11. \_\_\_\_\_

- Disponen de un equipo de fluorescencia [REDACTED] nº 14144 de 40 kV. 0,1 mA. \_\_\_\_\_
- El uso habitual del equipo es de tres o cuatro veces al mes. \_\_\_\_\_
- Van a proceder a realizar y registrar las revisiones semestrales del equipo [REDACTED]. \_\_\_\_\_
- Se realizaron varios disparos con el equipo [REDACTED] obteniendo valores de fondo en los alrededores del mismo. \_\_\_\_\_
- No tienen monitor de radiación. \_\_\_\_\_
- El Diario de Operación no estaba disponible el día de la inspección debido a un traslado de documentación entre despachos. \_\_\_\_\_
- La Inspección informó sobre la obligación de incorporar la Instrucción IS-18, sobre los criterios para la notificación de sucesos e incidentes radiológicos en instalaciones radiactivas, al Plan de Emergencia o al Reglamento de Funcionamiento de la instalación radiactiva. \_\_\_\_\_
- No han remitido al CSN el Informe Anual de 2011. \_\_\_\_\_

### DESVIACIONES

- No han remitido al CSN el Informe Anual de 2011 (Especificación 13ª). \_\_\_\_\_
- No tienen monitor de radiación (Especificación 16ª). \_\_\_\_\_
- No realizan las revisiones semestrales del equipo [REDACTED] (Especificación 30ª). \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001,

por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cuatro de julio de dos mil doce.

---

**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **TUBOS REUNIDOS APLICACIONES TUBULARES DE ANDALUCIA S.A.** para que con firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido Acta.

*Conforme al contenido en su totalidad.*

*Supervisor IRA-1203*

70.- Con fecha de 12-07-12 se remite a ex CSN: Informe Anual de la instalación del periodo 2011: que quedo pendiente por omisión.

## DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia CSN/AIN/22/IRA/1203/12 de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, correspondiente a la inspección realizada en TUBOS REUNIDOS, APLICACIONES TUBULARES DE ANDALUCIA S. A., en carretera de [REDACTED] en Chiclana (Cádiz).

D. [REDACTED], Supervisor de la instalación, adjunta comentarios al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios.

Madrid, 25 de julio de 2012

Fdo.: [REDACTED]