

CSN

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 3

173880

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.


**CERTIFICA:** Que se ha personado el día veintiséis de mayo de dos mil ocho en la sede social de **OBRASCON HUARTE LAIN S.A.**, sita en la calle [REDACTED] en Sevilla y en la instalación sita en la calle [REDACTED] en Las Pajanosas (Sevilla).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada medida de densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última autorización de modificación (MO-7) fue concedida por el Ministerio de Economía con fecha 3 de junio de 2003.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Operador, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



[REDACTED]

- Disponen de tres equipos [REDACTED] nº 17457, con fuente de Cs-137 de 8 mCi, nº 50-6480 y Am-241/Be de 40 mCi, nº 47-12884, nº 17320 con fuente de Cs-137 de 8 mCi, nº 506691 y Am-241/Be de 40 mCi, nº 4712743 y nº 28197 con fuente de Cs-137 de 8 mCi, nº 7502147 y Am-241/Be de 40 mCi, nº 4724958.



- El equipo [REDACTED] se encuentra en la instalación, el [REDACTED] se encontraba desplazado en [REDACTED] y el nº 28197 se encontraba desplazado en [REDACTED] \_\_\_\_\_
- [REDACTED] efectúa las revisiones semestrales de los equipos y vanillas y [REDACTED] las pruebas de hermeticidad. \_\_\_\_\_
- Disponen de dos monitores de radiación Troxalert, nº 13058 y 224 calibrados en el [REDACTED] \_\_\_\_\_
- El transporte de los equipos lo realiza [REDACTED] y los Operadores. \_\_\_\_\_
- Disponen de señalización para los vehículos y material de balizamiento.
- Están gestionando la póliza de seguro para el transporte. \_\_\_\_\_
- Disponen de un Diario de operación general y uno por equipo. \_\_\_\_\_
- Disponen de una Licencia de Supervisor y tres de Operador. \_\_\_\_\_
- Disponen de cuatro dosímetros personales, sin datos significativos. \_\_\_\_\_
- Efectúan reconocimientos médicos en [REDACTED] \_\_\_\_\_
- Se encuentra pendiente de envío al CSN el informe anual de 2007. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de mayo de dos mil ocho.





CSN/AIN/16/IRA/1622/08

**CSN**


CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 3



**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFIRME  
**OHL**



EN SEVILLA. A 5/06/08