

## ACTA DE INSPECCION

D/D<sup>a</sup> [REDACTED] Inspector/a del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se personó el día veintinueve de marzo de dos mil once en el **HOSPITAL [REDACTED] DE SANITAS**, sito en la [REDACTED] en Madrid.



Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva destinada al tratamiento médico de braquiterapia mediante implantes prostáticos permanentes, y con sede ubicada en el lugar citado, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid en fecha 4 de diciembre de 2007.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director Médico, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación se encuentra ubicada en la planta segunda del Hospital.
- El día de la inspección, la caja fuerte destinada a almacenar material radiactivo se encontraba vacía. \_\_\_\_\_
- Disponen de una licencia de supervisor en vigor. \_\_\_\_\_
- Desde el comienzo de la instalación se han realizado dos implantes con semillas. \_\_\_\_\_




- Se mostró el albarán de retirada de 60 semillas de I-125 como residuo radiactivo por la empresa [REDACTED] con fecha 25/03/11. \_\_\_\_\_
- Según se manifiesta se va a solicitar la clausura de la instalación radiactiva. \_\_\_\_\_
- Disponen de diario de operación diligenciado en el que no se ha realizado ningún apunte desde la última inspección. \_\_\_\_\_
- No disponen de dosimetría personal. \_\_\_\_\_
- No se ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear los informes anuales de la instalación correspondientes a los años 2009 y 2010. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de marzo de dos mil once.




**TRÁMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del "HOSPITAL [REDACTED] DE SANITAS" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



199329

Sanitas 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
A/A [REDACTED]  
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11  
28040 Madrid



**Referencia: CSN/AIN/03/IRA/2917/11**

Madrid a 13 de abril de 2011

Muy Sra. mía:

En contestación a su atenta de fecha 30 de marzo de 2011 hacemos constar en el apartado **TRÁMITE** las siguientes manifestaciones:

1.- Se ruega que no sea publicada la siguiente información:

- Nombre del Centro
- Nombre del Director Médico del Hospital

2.- Les informamos que el Dr. [REDACTED] enviará al Consejo de Seguridad Nuclear los informes anuales de la instalación correspondientes a los años 2009 y 2010.

Atentamente,

[REDACTED]

[REDACTED]  
Director Médico

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
REGISTRO GENERAL  
**ENTRADA 7404**  
Fecha: 15-04-2011 10:14

