

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] funcionario del la CARM e Inspector acreditado por el CSN.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 11 de septiembre de dos mil nueve en el CENTRO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL DE CARTAGENA DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA C.A.R.M, sito en C/ [REDACTED] 30300 - Cartagena, Murcia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a docencia y cuya última autorización fue concedida por la Dirección General de Industria Energía y Minas de la Región de Murcia con fecha 13 de septiembre de 2004.


Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director del Centro y Supervisor de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Dispone de una sola licencia de supervisor en vigor, _____
- A fecha de julio de 2009 los controles dosimétricos, realizados por [REDACTED], no muestran valores significativos, siendo fondo los acumulados en el periodo anual y cuatro años oficiales del único dosímetro personal disponible. _____






- La última revisión médica fue realizada el 29/02/2008 por el Servicio de Prevención de Riesgos laborales de la C.A.R.M. _____

- Exhibe el diario de operaciones de la instalación firmado por el supervisor conteniendo anotaciones de los funcionamientos de la instalación y pruebas de mantenimiento y conservación realizadas sobre la misma, según el programa establecido, no figurando anotados hechos o incidentes relevantes desde el punto de vista de la seguridad nuclear o de la protección radiológica, sobre el que la Inspección sella. _____



Los enclavamientos de seguridad de la cabina estaban operativos en la fecha de la inspección. _____

- Las dependencias de la instalación radiactiva constan de recintos señalizados y provistos de acceso controlado. _____



- De la revisión de la cabina, se exhiben los certificados realizados por la empresa _____ el 2 de julio de 2009. _____

- Realizadas medida de tasa de dosis durante la puesta en marcha del equipo, hasta las mayores condiciones de radiación, se verifica que en el exterior de la cabina no se altera el fondo radiológico natural. _____

- La instalación dispone de dos monitores para control de la radiación en operación; uno recientemente adquirido, el 18/9/2008, consistente en monitor _____ y sonda _____ de la marca _____ verificado por _____ y otro _____ modelo _____ calibrado el 23/06/2009 por el _____

- Se comprueba por la Inspección la disponibilidad de un gammógrafo sin fuente radiactiva y un medidor de humedad y densidad de suelos, también sin fuente radiactiva, destinados a labores didácticas. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones

lonizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, a fecha 16 de septiembre de 2009.





EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL C. S. N.









Fdo.: 


TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del CENTRO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL DE CARTAGENA DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA C.A.R.M, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

OBSERVACIONES AL ACTA

1º. Donde dice: "CENTRO NACIONAL DE **EMPLEO Y FORMACION.....**", debe decir: "CENTRO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL....".

2º. Donde dice: "De la revisión de la cabina, se exhiben los certificados realizados por la empresa  el 2 de julio de 2009", debe decir: "De la revisión de la cabina, se exhiben los certificados realizados por la empresa  el 29 de julio de 2009".

3º. Donde dice: "La instalación dispone de dos monitores..." debe decir: "La instalación dispone de dos monitores para control de la radiación en operación, uno de la marca  equipado con monitor  modelo  y sonda modelo  verificado por  con fecha 18/09/08, y otro de la marca  modelo , calibrado por el  con fecha 23/06/09".

Cartagena, 01 de Octubre de 2.009



**SUPERVISOR DE LA INSTALACION Y
DIRECTOR DEL CENTRO**