

163315

## ACTA DE INSPECCION

 Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día veintisiete de marzo de dos mil siete en **EXTEN CONTROL S.L.**, sita en , en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección previa a la puesta en marcha de una instalación radiactiva destinada a la importación, venta, distribución, asistencia técnica e instalación de equipos y material radiactivo, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid en fecha 5 de marzo de 2007, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por , Director Servicio Técnico y  Responsable de la instalación radiactiva, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación se encuentra ubicada en la planta baja del edificio y consta de una dependencia para almacén de equipos disponiendo de ventana que da a un patio interior y otra dependencia para su manipulación.
- El recinto de almacenamiento no coincide con la documentación entregada para su autorización. Este recinto ha sido trasladado al aseo existente y se ha modificado una pared. Se entregó copia del nuevo plano a la Inspección.






- 
- Según se manifiesta,  va a realizar en mayo el curso de formación para Supervisores. \_\_\_\_\_
- El Técnico que va a manipular los equipos y fuentes radiactivas ha realizado un curso de formación impartido por le fabricante. \_\_\_\_\_
- El personal de la instalación no está clasificado como trabajador expuesto. \_\_\_\_\_
- Disponen de un monitor de radiación  con n/s 16673 calibrado en fábrica con fecha 27/02/07. \_\_\_\_\_
- Se mostró a la Inspección los documentos donde se van a registrar el movimiento de los equipos, los certificados de asistencia técnica y el control de los niveles de radiación. \_\_\_\_\_

### DESVIACIONES


- No disponen de Diario de Operación diligenciado. \_\_\_\_\_
- No disponen de programa de calibración y verificación de los sistemas de medida y detección de la radiación. \_\_\_\_\_
- El recinto de almacenamiento no se encuentra señalizado siguiendo la norma UNE 73-302. \_\_\_\_\_
- La zona de trabajo en la sala de manipulación no se encuentra delimitada y señalizada. \_\_\_\_\_



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida



autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintisiete de marzo de dos mil siete.



**TRÁMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "EXTEN CONTROL S.L." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Manifiesto Conformidad y Añadimos correcciones  
a las desviaciones*



*Madrid, 9 de Abril 2007*

Oficina Central

Delegación Barcelona

### Correcciones de las Desviaciones:

1. Diario de Operación, se ha solicitado la diligencia del diario. Se adjunta documento confirmándolo.
2. Programa de calibración y verificación de los sistemas de medida y detección de la radiación. Se incluye programa
3. Señalización del recinto de almacenamiento. Hemos procedido a modificar la señalización del recinto de almacenamiento.
4. Zona de trabajo en la sala de manipulación. Hemos procedido a delimitar una zona que será señalizado cuando los equipos sean manipulados.

EXTEN Control, S.L.

Oficina Central  
[Redacted]

Delegación Barcelona  
[Redacted]

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
c/JUSTO DORADO, 11  
28040 Madrid

Madrid, 30 de marzo de 2007

ASUNTO: SOLICITUD DE DILIGENCIA

Adjuntamos Diario de Operaciones de la empresa EXTEN CONTROL, S.L. para que sea inscrito y autorizado en el Registro del Consejo de Seguridad Nuclear.

Sin otro particular, se despide atentamente.

[Redacted Signature]  
[Redacted Name]  
Director

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR REGISTRO GENERAL
02 MAR 2007
ENTRADA N.º