

ACTA DE INSPECCION

██████████ Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día veintitres de diciembre de 2013 en la instalación de rayos X para diagnóstico dental, con denominación comercial CLINICA ZARANDONA cuyo titular es ██████████, NIF: ██████████ sita en ██████████ - 30007 - ZARANDONA (Murcia).

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 03/04/2009, con nº de inscripción IR/MU-1138.

Que la Inspección fue recibida por el titular.

Que dicho titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en la planta baja de un edificio de viviendas, en la dirección antes indicada, existiendo por encima una vivienda y por debajo el terreno.
-
- En la instalación se encuentra un equipo para radiología dental intraoral, modelo ██████████ con nº de serie 305362/14513, ubicado en su correspondiente sala.
-
- La instalación dispone de control de acceso y de la señalización reglamentaria,



así como de cartel de aviso a embarazadas.

-
- En la instalación se dispone de un delantal plomado.
-

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de dispersión una botella de plástico con agua, utilizando la técnica mas frecuente, son los siguientes:

kV	mA	Seg.	Puesto	$\mu\text{Sv/h}$
70	8	0,32	Operador (pasillo, pulsador de cable).	18,20
70	8	0,32	Laboratorio colindante	0,18
70	8	0,32	Calle colindante	0,25



TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Hay una acreditación para dirigir u operar la instalación.
- No se exhiben acreditaciones de operador.

CUATRO. DOCUMENTACIÓN

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con los aparatos en ella existentes.
- El control dosimétrico se refiere a un dosímetro TLD de solapa utilizado, gestionado por [REDACTED], comprobando la inexistencia de valores significativos desde enero de 2012 a agosto de 2013, pero faltando las lecturas de dos meses de 2012 (julio y agosto) y de un mes de 2013 (junio).

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1138/2013
Hoja 3 de 4

- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 09/10/2012 por la UTPR [REDACTED] no señalando anomalías
- Incluido en el documento citado anteriormente se encuentra un apartado de vigilancia de nivel de radiación ambiental, sin valores inadmisibles.
- Se exhibe contrato con la UTPR [REDACTED], de 11/05/20110.
- Dispone de Programa de Protección Radiológica.
- Se exhibe a la Inspección el Certificado de conformidad de la instalación de 09/10/2012 de la UTPR [REDACTED].

DESVIACIONES

- El control dosimétrico no se realiza todos los meses.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 10 de enero de 2014.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C.S.N. [REDACTED]

Fdo [REDACTED]

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1138/2013
Hoja 4 de 4



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Las irregularidades en los documentos se producen coincidiendo con las vacaciones por adaptarse a los colores de los mensuales

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1138/2014** de fecha 10 de enero de 2014, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de RX para diagnóstico médico, cuyo titular es D. [REDACTED] sita en [REDACTED] - 30007 - ZARANDONA (Murcia).

El titular de la instalación manifiesta que las irregularidades en los envíos de los dosímetros, se deben a que coinciden con las vacaciones estivales.

El Inspector que suscribe manifiesta:

No se acepta el motivo de las irregularidades en el envío de los dosímetros, por lo que el acta no varía en su contenido.

Murcia, 23 de abril de 2014

Fdo. [REDACTED]