

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día quince de octubre de dos mil diez en la clínica dental sita en la [REDACTED] de Oviedo (Asturias), cuyo titular es [REDACTED] N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.


Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] Auxiliar, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en noviembre de 2005 (IR-227).-----

La instalación, de tercera categoría, coincide sensiblemente con la registrada, está señalizada y provista de acceso controlado.-----



SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR


Dispone de una acreditación para dirección de instalaciones de rayos X, un delantal plomado y un protector tiroideo, así como de Programa de Protección Radiológica.-----

Se encuentra instalado un equipo dental intraoral [REDACTED]
[REDACTED] número de serie THE109-1230663.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por las empresas [REDACTED] en 2008 y en 2010, respectivamente.-----

Se realiza control dosimétrico de un usuario por [REDACTED] siendo la última lectura de agosto de 2010 sin presentar valores significativos.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a quince de octubre de dos mil diez.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO

Oviedo, 15 de octubre de 2010

ADMÓN. PRINCIPADO DE ASTURIAS

Reg. Salida Nº. 201071000042345
15/10/10 10:44:06

[REDACTED]
[REDACTED]
33004 OVIEDO

Asunto: Remisión de Acta de Inspección
Referencia: CSN/AST/AIN/01/RX/O-1134/10

Muy Sr(es). mío(s):

Tengo el gusto de remitirle dos ejemplares de cada una de las Actas citadas en el asunto, con el fin de que haga constar en el apartado **TRÁMITE**, las manifestaciones que estime pertinentes sobre el contenido de la misma.

Se ruega devolución de uno de los ejemplares de cada acta, a la dirección que figura en el pie de página, en carta certificada **dentro del plazo de los diez días hábiles** siguientes al del recibo de este escrito (artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común), para completar el trámite legal.

Atentamente le(s) saluda,

[REDACTED]
Fdo.: [REDACTED]
Responsable Inspector
de Instalaciones Radiactivas

Devolver a:
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA
Plaza de España, 1 - 4º
33007 OVIEDO

[REDACTED]