

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se personó el día quince de octubre de dos mil doce en el **HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO**, sito en la [REDACTED] en Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación médica, cuya autorización de Puesta en Marcha fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía con fecha 13 de diciembre de 2001 y cuya autorización de modificación (MO-2) fue concedida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con fecha 6 de agosto de 2012.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor y D. [REDACTED], Jefe de Servicio de Protección Radiológica, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La antigua ubicación de la instalación radiactiva situada en la planta 1ª del [REDACTED] había sido desmantelada y se había comprobado la ausencia de material y contaminación radiactiva. \_\_\_\_\_
- La nueva instalación radiactiva se encuentra en [REDACTED] en la planta 2ª en el Laboratorio de Radiactividad. \_\_\_\_\_



- La instalación se encontraba señalizada y disponía de medios para establecer un acceso controlado, estando
- Disponen de un frigorífico para el almacenamiento del material radiactivo, recipientes para el almacenamiento de residuos y pantallas de protección de metacrilato y vitrina de manipulación con ventilación. \_
- Los suelos, paredes y superficies de trabajo se encontraban debidamente acondicionados. \_\_\_\_\_
- Disponen de un equipo de medida [REDACTED], nº F212 con sonda [REDACTED]. \_\_\_\_\_
- En el Diario de Operación figura la entrada y gasto de material radiactivo (P-32). \_\_\_\_\_
- El Servicio de Protección Radiológica retira los residuos radiactivos y efectúa controles mensuales de radiación y contaminación. \_\_\_\_\_
- Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador. \_\_\_\_\_
- Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos. \_\_\_\_\_
- El Servicio de Medicina Preventiva, cita anualmente al personal con Licencia para efectuar reconocimientos médicos. \_\_\_\_\_
- Han remitido al CSN el Informe anual. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de octubre de dos mil doce.

SN

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 3



[REDACTED] **RAMITE**. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 136/1999, se invita a un representante autorizado de **HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME

En Sevilla a 23 de octubre de 2012

Fdo. [REDACTED]

Jefe de Protección Radiológica