

ACTA DE INSPECCION

D [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día dieciocho de junio de dos mil diez, en el **SERVICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS**, sito en [REDACTED] en Puerto Real (Cádiz).


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación y cuya última autorización de modificación (MO-1) fue concedida por el Ministerio de Economía con fecha 30 de julio de 2003.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Operador, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En el Diario de Operación figura la utilización de los equipos y la recepción de datos dosimétricos. _____
- Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador en trámite de renovación. _____
- El personal de la instalación está clasificado en la categoría B. _____
- Disponen de los equipos de rayos X reseñados en la autorización de modificación, utilizando únicamente el difractorómetro [REDACTED] de 55 kV, así como otros equipos homologados de que disponen. _____



[REDACTED] Comprue.
[REDACTED] EE

Fdo.


SUPERVISOR

Puerto Real a 5 de Julio de 2010.

- Tiene previsto el traslado del equipo reseñado a una dependencia contigua dentro del propio Servicio para lo cual solicitarán autorización.
- El monitor de radiación [REDACTED] nº E0001374, se encuentra calibrado en el [REDACTED] con fecha 4-12-06. _____
- Disponen de un dosímetro de área en cada una de las tres salas, sin datos significativos. _____
- Han remitido al CSN el Informe Anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiuno de junio de dos mil diez.

[REDACTED]



TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SERVICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[REDACTED]

Conforme:

Fdo.

[REDACTED]
SUPERVISOR.

Puerto Real a 5 de Julio de 2010