

ACTA DE INSPECCIÓN

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día quince de febrero de 2022 en el Centro de Especialidades Médicas sito en la , 07620 LLUCMAJOR.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS LLUCMAJOR, SL, con NIF . Su código de registro es RXPM 1452, fue inscrita en el Registro el 7 de febrero de 1996 y la última modificación de inscripción fue realizada el 7 de abril de 2015.

La Inspección fue recibida por , administrativa, y por , operadora de la instalación, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIOACTIVO

- La instalación se ubica en la planta baja del centro y consiste en una sala de radiología que alberga los equipos de radiodiagnóstico.
- Los equipos que se relacionan a continuación están presentes en la instalación y están inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X :

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
MAMOGRAFO				35	100
ORTOPANTO				65	7
CONVENCIONAL				125	320

- La instalación está correctamente señalizada y existen prendas plomadas de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , licenciado en medicina y especialista en electro-radiología, dirige la instalación y dispone de la acreditación correspondiente.
- Los equipos de la instalación son operados por la técnica especialista en radio-diagnóstico , quién dispone de la correspondiente acreditación como operadora.
- La operadora mencionadas está clasificada como trabajadora expuesta de categoría B. Está sujeta a vigilancia dosimétrica personal. Están disponibles sus informes dosimétricos mensuales.



TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la UTPR el 03/12/2021.
- Está disponible el informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad y la estimación de dosis a pacientes de los equipos presentes en la instalación, expedido por la UTPR el 03/12/2021 en el que no se hace constar ninguna disconformidad.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.
- Consta la remisión al CSN del informe anual del ejercicio 2021.



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

15/02/2022

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS LLUCMAJOR, SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



en calidad de REPRESENTANTE DEL TITULAR de
CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS LLUCMAJOR, SL titular de la instalación de rayos X RXPM-1452

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta **CSN CAIB AIN 03 RXPM-1452 2022** correspondiente a la inspección realizada el día 15/02/2022.

Llucmajor, 22 de febrero de 2022

Fir