

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que me he personado el día 21 de junio de 2021 en la Clínica Perramón SL,
con en Badalona, Barcelonés.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación destinada a radiodiagnóstico
médico con última inscripción de la instalación realizada en fecha 23.02.2021 en el
registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció
General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La inspección fue recibida por administradora, quien aceptó la
finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección
radiológica.

Se advierte la representante del titular de la instalación que el acta que se levante, así
como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de
documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué
información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable
por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta:

GENERALIDADES

- La instalación se encontraba ubicada en la planta baja. -----
- Estaba disponible el plano de la instalación. -----
- Disponían de 1 equipo de rayos X fijo situado en una dependencia. -----
- Disponían de dos acreditaciones para dirigir a nombre del Dr. .
y un diploma de TER de -----
- Estaban disponibles dosímetros personales para el personal de la instalación. -----
- Disponen de un convenio con para la realización del control
dosimétrico de la instalación. -----
- Estaban disponibles los registros dosimétricos mensuales y acumulados de los últimos

años.-----

- Estaba disponible el programa de garantía de control de calidad y protección radiológica.-----

- Estaba disponible la clasificación del personal.-----

- Estaba disponible un contrato escrito y vigente con la -----

- Se disponía del certificado de conformidad emitido por ----- en 2021.-----

- Estaban disponibles los controles de calidad y niveles de radiación de dicho equipo realizado por la UTPR en 2021. -----

- Disponen de contrato de mantenimiento con -----

- Se realizaban las verificaciones de dosis a paciente . -----

- Como cuerpo dispersor se utiliza un cuerpo de plástico con una altura de agua de unos 15 cm. -----

- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma -----

Sala de rayos X

- Lindaba con: - local continuo
 - zona control-despacho y pasillo
 - box 5
 - patio

- El equipo instalado era de la firma -----
de 150 kv y 550 mA. -----

- La consola de control se encontraba situada en la zona de control.-----

- No se midieron tasas de dosis significativas en la zona de control ni en el pasillo donde se sitúa el operador, en las condiciones de una radiografía de columna, con el haz de radiación dirigido hacia la mesa horizontal.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones

Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona

Signat digitalment
per

Data: 2021.06.21
23:04:31 +02'00'

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de Clínica Perramon SL, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado
digitalmente por

Fecha: 2021.09.07
13:38:02 +02'00'