

189167



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

CSN/AIN/18/IRA/1529/10

Hoja 1 de 2

ENTRADA 2442

Fecha: 18-02-2010 13:02

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día dos de febrero de dos mil diez, en **ARCO TECNOS, SA**, sita en [REDACTED] en Zaragoza.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida densidad y de humedad de suelos, cuya autorización en vigor (MO-4), fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 27 de diciembre de 2006.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director Técnico y Supervisor de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- En el momento de la inspección, tres equipos radiactivos pertenecientes a la instalación, se encontraban prestando servicio fuera de la instalación, de ref: 34888(V-2009)-Diario de Operación de ref.113/07; -8781, DO. De ref.228/06; -7128, DO de ref.255/06.-----
- El recinto destinado al almacenamiento de los equipos, señalizado, con su acceso controlado, extintor de fuego y dosimetría de área, se encontraba almacenado un equipo de ref. -5101, DO de ref. 112/07.-----
- Los niveles de radiación, medidos en el recinto de almacenamiento, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----





- Disponen de los equipos para la detección y medida de la radiación, siguientes: [redacted] n.ºs. 35505, 37294 y 35498, calibrados en la [redacted] en fecha 2009, así como otro n.º. 68856, calibrado en origen.-----
- Fue exhibida la documentación, siguiente: Diario de Operación de la instalación, de ref. 258/06; Licencias de operación (Un Supervisor, cinco Operadores); Certificados de pruebas de hermeticidad y revisión, realizados por [redacted] Registros dosimétrico referidos a siete usuarios y uno de área, en fecha diciembre de 2009, sin valores significativos; Documentación de acompañamiento para el desplazamiento de los equipos, realizando la vigilancia médica en MAZ.-----
- Consta se haya dado cumplimiento a la esp.13, de la autorización en vigor relativa al envío del informe anual, correspondiente al año 2008.-----
- Exhiben documentación relativa a la concesión de Consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas, así como de disponer de Póliza de Cobertura, referida al desplazamiento de los equipos radiactivos, con la [redacted], en vigor.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999(modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear, hecho de febrero de dos mil diez.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo. 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **ARCO TECNOS, SA.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

ZARAGOZA - 11-2-2010

[redacted signature]

Fdo :

[redacted signature]