

ACTA DE INSPECCION

, Jefe del Servicio de Vixilancia Radiolóxica de la Xunta de Galicia y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector para el control y seguimiento de instalaciones radiactivas, rayos X de usos médicos, y transportes de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia,

CERTIFICA: Que se personó los días veintisiete de septiembre y catorce de octubre del año dos mil diecinueve, en la Instalación de Radiología Dental de la clínica Dental de la Dra. Dosinda Dubra Cabeza, ubicada en la en Santiago de Compostela.

Las visitas tuvieron por objeto inspeccionar una instalación de rayos X, ubicada en el emplazamiento referido, que figura inscrita en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico Médico, de la Xunta de Galicia, en la declaración nº 1, con la referencia nº RX/C-1742, en la fecha de 25 de marzo del año 2004.

La actividad de la instalación es radiografía dental Intraoral. Su clasificación es de Tipo 3, según lo estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 1085/2009 sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

La Inspección fue recibida por la quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

La Titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido. La Titular de la instalación fue advertida de que la inspección está gravada con una tasa.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



1.- Antecedentes.

- La _____ es titular de tres instalaciones de radiología dental registradas como: _____
- RX/C-1742 situada en la calle _____ en Santiago de Compostela. _____

- La Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Consellería de Economía Emprego e Industria de la Xunta de Galicia solicitó a la Inspección comprobar la situación real de las instalaciones _____. La inspección, en fecha de veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, visitó el acceso al emplazamiento de la _____ situada en la _____ en Santiago de Compostela. _____
- La situación actual de las instalaciones _____ se refiere en el acta de inspección de ref. _____
- La Inspección remitió por correo certificado en fecha de 30 de julio de 2019 una citación para una visita de inspección programada para la fecha de veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve. La citación fue devuelta por correos. La inspección intentó ponerse en contacto con la titular en los teléfonos que constaban en los expedientes y en el cartel de la clínica. No fue posible. _____
- La inspección, en fecha de veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, visitó el acceso al emplazamiento de la RX/C-1742 situada en la _____ en Santiago de Compostela. La clínica estaba cerrada. La inspección contactó con un teléfono móvil de la titular y se concertó una cita para la fecha de catorce de octubre del año dos mil diecinueve. _____

2.- Dependencias y equipos:

- La clínica dental ocupa un piso de un edificio de viviendas que presenta un diseño, con acondicionamiento interno y distribución, adaptado a la función asistencial. El estado de las dependencias es indicativo de que no se ejerce actividad clínica desde hace tiempo. _____



- La instalación de radiología dental dispone de un equipo de rayos X dental intraoral de la firma _____ con el nº de serie _____ de 70 kVp y 8 mA de tensión e intensidad máximas que estaba instalado en el único gabinete dental. _____
- En otra dependencia estaba almacenado el sillón dental y otros componentes de una clínica dental, así como un equipo de rayos X intraoral de la marca _____ modelo _____, con el nº de serie _____ de 70 kVp y 7 mA de tensión e intensidad máximas, que fue desmontado por la EVAT de _____ de la instalación _____ situada en la _____ en _____ y almacenado en esta clínica Dental en la calle General Pardiñas. El equipo estaba envuelto en un embalaje de plástico de burbujas. Este equipo se refiere en el acta de inspección de ref. _____

3.- Personal de la instalación.

- La _____ es titular de las tres instalaciones de radiología dental citadas y es la Directora de las Instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico Médico Dental. Era la persona profesionalmente expuesta a radiaciones y en ese tiempo disponía de dosimetría personal. _____
- No se dispone de los resultados de los informes dosimétricos. _____

4.- Declaración ante el registro.

- La instalación RX/C-1742 fue inscrita en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico Médico de la Xunta de Galicia en fecha de 25 de marzo del año 2004. Desde dicha fecha no ha habido ningún trámite posterior ante el citado registro. _____

5.- General, documentación.

- No estaba disponible ninguna documentación sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de funcionamiento de esta Instalación de Rayos X con fines de Diagnóstico Médico Dental RX/C-1742 ni de las otras dos instalaciones _____

5.1. Reunión de cierre de la Inspección.

- En la reunión de cierre de la Inspección se trató el asunto de las dos Instalaciones de Radiología Dental | _____ ya citadas y que se refieren en el acta de ref. _____
- La Dra. Dosinda manifiesta que la actividad clínica en las dos instalaciones había cesado hace más de cuatro años y se dieron de _____

baja en el "Registro de Centros, Servicios e establecimientos Sanitarios de Galicia" tras el fallecimiento de su esposo. _____



- En esta instalación RX/C-1742 de General Pardiñas continuó con el ejercicio profesional de forma intermitente, por problemas de salud, hasta el cese definitivo hace tiempo. Tiene previsto también comunicar la baja en el "Registro de Centros, Servicios e establecimientos Sanitarios de Galicia". _____
- Manifiesta que si que está archivada toda la documentación sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de funcionamiento de las tres instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico porque su esposo era muy ordenado en ello. Mostró a la inspección una dependencia donde se almacenaba en diversas cajas esta documentación. No se revisó. _____
- La Inspección recomendó que en el caso de esta instalación RX/C-1742 de _____ debe hacer dos acciones: 1ª comunicar la baja en el "Registro de Centros, Servicios e establecimientos Sanitarios de Galicia" y 2ª solicitar la clausura en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico Médico de la Xunta de Galicia. _____
- La Inspección facilitó por correo electrónico a la Titular la documentación disponible de las tres instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico Dental y recomendó que contactase con la EVAT (Empresa de Venta y Asistencia Técnica) de _____ para obtener el certificado de retirada de los equipos de rayos X y también con alguna de las la UTPRs (Unidades Técnicas de Protección Radiológica), que han manejado documentación de sus tres instalaciones de radiología dental (_____), para tramitar las clausuras ante el Registro de Instalaciones de rayos x con fines de Diagnóstico Médico de la Xunta de Galicia. _____
- (1) El trámite ante el Registro de Centros, Servicios y establecimientos Sanitarios de Galicia debe realizarse a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia: _____
 - <https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA101K>
 - SA101K - Autorización de funcionamiento/renovación/modificación de centros, servicios e establecimientos sanitarios.
- (2) El trámite ante el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico Médico de la Xunta de Galicia debe realizarse a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia: _____



- <https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN638B&ano=2015&numpub=1&lang=gl>
- Procedimiento.- IN638B - Modificación no Rexistro de instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico. _____
- La Titular acordó solicitar la baja de esta instalación ante los dos citados registros y adjuntar al Acta en su trámite o posteriormente las copias de dichas solicitudes. _____
- La presente acta se remite al domicilio particular de la Titular. _____

DESVIACIONES: Instalación de Radiología Dental RX/C-1742 que había cesado en actividad clínica y va a solicitar (1) la baja de esta Clínica Dental ante Registro de Centros, Servicios y establecimientos Sanitarios de Galicia. La Titular va a llevar a cabo las acciones necesarias para justificar el destino dado al equipo de rayos X intraoral y (2) solicitar la correspondiente clausura de la instalación de Rayos X con fines de Diagnóstico Dental ante el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico Médico de la Xunta de Galicia.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Santiago de Compostela en la Sede de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia a veintidós de octubre del año dos mil diecinueve.

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de la Instalación de Radiología Dental de la Clínica de la Dra. Dosinda Dubra Cabeza, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

ME COMPROMETO a REALIZAR LAS ACCIONES
PREVISTAS PARA DAR DE BAJA LOS EQUIPOS E INS-
TALACIONES
DOSINDA DUBRA CABEZA 7-11-19