

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintidós de marzo de dos mil once, en la **Sociedad Española de Electromedicina, SA (SEDECAL)**, sita en el [REDACTED] en Algete (Madrid).


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a fabricación y control de calidad de generadores de rayos X para radiodiagnóstico, cuya última autorización (MO-2), fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería de Economía y Hacienda, en fecha 25 de marzo de 2010. Ref. IR/M-23/2006.


Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director de Fabricación y D. [REDACTED] Supervisor de la Instalación, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- La instalación radiactiva se encontraba ubicada, en la planta baja [REDACTED] Zonas I, VII, VIII y planta baja y planta primera [REDACTED], zonas 13-I y 13-III, siendo facilitada a la Inspección, una relación de su equipamiento, fotocopia de la misma, figura como Anexo-I, de la presente Acta de Inspección.-----
- Según se manifestó las Zonas IX [REDACTED] y 13-II [REDACTED] no se han puesto en funcionamiento.-----
- Las zonas y celdas se encontraban señalizadas y las salas disponen de, señalización luminosa, acceso controlado, mecanismo de disparo desde el exterior y cabina de protección interna.-----



- 
- Disponen de los equipos para la detección y medida de la radiación, siguientes: [redacted] modelo [redacted] nº 3461, calibrado en la [redacted] en fecha 2005; [redacted] modelo [redacted] nº 1408, calibrado en la [redacted] en fecha 2010.-----
 - Fueron exhibidos registros dosimétricos correspondientes a 80 usuarios y 5 de área, ubicados en la zona 13-I y 13-III, al mes de enero de 2011, sin valores significativos, realizando la vigilancia médica anual, específica de la categoría "A", en [redacted]-----
 - Disponen de una licencia de Supervisor y dieciséis licencias de Operador, según se manifestó, D. [redacted], había causado baja por jubilación.-----
 - Consta hayan dado cumplimiento a la Esp. 14, relativa al envío del informe anual, correspondiente al año 2009.-----
 - Fue exhibida documentación relativa a la formación del personal, de acuerdo con la Esp. 16, realizado en el año 2009.-----
 - Diario de Operación en de ref. 88/09.-----
 - Consta se realizan revisiones desde el punto de vista de la protección radiológica, disponiendo de hojas de registro.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de marzo de dos mil once.





TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SEDECAL**, para que con su firma, lugar fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme
2011.

30-

