

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se personó el día veintiocho de mayo de dos mil catorce en **ALMACENES METALÚRGICOS, S.AU.**, sita en [REDACTED], Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a gammagrafía, cuya última autorización de modificación (MO-4) fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 28 de abril de 2014.

Que la Inspección fue recibida por el D. [REDACTED], Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de una Licencia de Supervisor en vigor. \_\_\_\_\_
- Efectúan reconocimientos médicos anuales en [REDACTED]. \_\_\_\_\_
- El último informe dosimétrico, emitido por [REDACTED] corresponde al mes de marzo de 2014 y no presentaba valores significativos. \_\_\_\_\_
- Disponen de un equipo de fluorescencia [REDACTED] nº 14144 de 40 kV. 0,1 mA. \_\_\_\_\_
- La puerta del armario donde se almacena el equipo no estaba señalizada. \_\_\_\_\_

- El uso habitual del equipo es muy esporádico. \_\_\_\_\_
- Han realizado las revisiones semestrales del equipo [REDACTED]  
[REDACTED] Último registro de fecha 10/03/14. \_\_\_\_\_
- Disponen de un monitor de radiación [REDACTED]  
n/s 76848 calibrado en origen en el año 2013. \_\_\_\_\_
- No estaba disponible el procedimiento de calibración y verificación del  
monitor de radiación. \_\_\_\_\_
- El Diario de Operación estaba disponible. \_\_\_\_\_
- Han enviado el informe anual del año 2013. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciséis de junio de dos mil catorce.

---

**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **TUBOS REUNIDOS, APLICACIONES TUBULARES DE ANDALUCIA S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Conforme al contenido*

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]