Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

161737

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/14/IRA/1964/2007

ACTA DE INSPECCION

D. [redacted] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 31 de enero de dos mil siete en el Museo Nacional Reina Sofía, sito en la calle Santa Isabel nº 52 de Madrid.

Que la visita tuvo por objeto hacer la inspección a una instalación radiactiva destinada a usos industriales, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última autorización vigente, data de 22 de octubre de 1997.

Que la Inspección fue recibida por Doña [redacted] Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen en la Instalación dos licencias de operador en trámite y una de supervisor en vigor.

- Tienen contratados 3 dosimetros personales, de cuyas lecturas de dosis acumulada anual superficial o profunda a enero de 2007 no se deducen valores significativos; Fondo en todos los casos.

- Exhiben documentación relativa a diario de operación de la Instalación actualizado y firmado por supervisora de la misma; Conteniendo calibraciones y verificaciones de equipos; Vigilancia ambiental y de enclavamientos de seguridad, revisión sistemas de seguridad por propia la instalación. Revisiones preceptivas de los equipos de Rx por empresas autorizadas.

- Existe vigilancia de la radiación ambiental por empresas contratadas a tal fin. Exhiben revisión de [redacted]-07-2006 con certificado [redacted]

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 345 05 86

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

- Exhiben revisión del equipo de Rx [redacted] nº serie 05044021 por [redacted] el 15 de diciembre de 2006----------
- Disponen de monitor de radiación operativo a fecha de inspección----------
- Los recintos que componen la instalación radiactiva se encontraban señalizados y disponían de medios para realizar el acceso controlado.----------
- La Inspección midió las tasas de dosis en perímetro de bunker en tanto el aparto de funcionaba en condiciones habituales de trabajo no detectándose niveles de tasa de dosis distintos al fondo habitual 02-03 microSieverts/hora----------

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, [redacted] y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en [redacted] uridad Nuclear a nueve de febrero de 2007.

[redacted]

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado del "Museo de Arte Moderno Reina Sofía", para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme 2-10-2007

INSTITUTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
C/. El Greco, 4 • 28040 MADRID

[redacted]

Supervisora