

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,



CERTIFICA: Que se ha personado el día cuatro de octubre de dos mil once, en las instalaciones del Laboratorio de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, sito en la [REDACTED], en Córdoba.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya última autorización (PM-01) fue concedida por la Dirección General de Industria con fecha 1 de febrero de 1996.



Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director del Laboratorio y Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico, resulta que:



- Disponen de una licencia de operador y una de supervisor en vigor-----
- Tienen controlados dosimétricamente a tres usuarios con dosis acumulada anual a fecha de Inspección sin valores significativos de dosis acumulada en agosto 2011-----
- Exhiben documentación pertinente de la instalación relativa a diarios de operación, dosimetría, reglamentos de funcionamiento, vigilancias radiológicas cartas de porte y formulario ADR para transporte. -----
- Consta hermeticidad y revisión por [REDACTED] de un [REDACTED] modelo [REDACTED] y nº de serie 18596 en 21 de octubre de 2010 y tienen prevista la próxima revisión en 5 de noviembre de 2011-----
- Consta que han efectuado control de soldaduras de varillas del medidor de densidad [REDACTED] mediante [REDACTED] en la misma empresa [REDACTED] encontrando satisfactoria la revisión efectuada el 16 de octubre de 2009-----
- Disponen de monitor de radiación operativo y disponen de procedimiento escrito para la calibración de equipos-----
- La instalación propiamente dicha donde se ubica el bunker de equipos, permanece señalizada y con acceso controlado a la misma-----
- El difractor [REDACTED] autorizado a la instalación permanece sin funcionar por avería y a fecha de la Inspección, el medidor de densidad y humedad de



suelos se encontraba almacenado en el Bunker de la Instalación-----

- El anterior supervisor de la instalación D. [REDACTED], ya no ejerce por jubilación. El supervisor actual de la instalación es D. [REDACTED] [REDACTED] cuya licencia se encuentra en vigor-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a seis de octubre de dos mil once

Fdo. : [REDACTED]
INSPECTOR

Confirmando
Córdoba 19/10/2011

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del "**Laboratorio de la Consejería de Obras Públicas**", para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.