

CSN/AIN/02/IRA/2814/08

Hoja 1 de 2

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 14913

Fecha: 03-07-2008 12:01

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día dieciocho de junio de dos mil ocho, en FUNDICIONES Y MATRICERÍA, SL, sita en la [REDACTED] Humanes (Madrid)


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiografía industrial, cuya autorización, fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. Comunidad de Madrid, en fecha 14 de septiembre de 2006 (ref. IR/M-24/2006)

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Operador de la Instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- Disponen de un equipo de rayos X, [REDACTED] con tubo [REDACTED] de 130 kV. nº.4060, instalado en el interior de una cabina blindada, provista de señalización luminosa, ubicada en una dependencia señalizada y provista de acceso controlado, revisado desde el punto de vista de la protección radiológica, por la UTPR-[REDACTED] en fecha diciembre de 2007.-----
- Disponían de un equipo para la detección y medida de la radiación, Polimaster PM 1621 nº. 62272, calibrado en origen, en fecha 2006).-----
- Fue exhibida la documentación, siguiente: Diario de Operación de ref. 210/06; Licencias de Operación (1 Supervisor y 1 Operador) correspondientes al personal de operación, al mes de marzo de 2008, sin



[REDACTED]
MADRID
03 JUL 2008

valores significativos, realizando la vigilancia médica de [REDACTED]

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reforma por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecinueve de junio de dos mil ocho.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del "FUNDICIONES Y MATRICERIA, SL.". para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

D. J. Dorado
[REDACTED]
FUNDICIONES Y MATRICERIA, S.L.
Ctra. de [REDACTED]
Polígono [REDACTED]
28011 MADRID
Tfno. 91 346 01 00 Fax 91 346 05 88