

SN

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2520/14  
Hoja 1 de 3

1021431  
218332

## ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Funcionario de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

**CERTIFICA:** Que se personó el día veinticinco de julio de dos mil catorce en la **CLÍNICA DENTAL** [REDACTED], cuyo titular es D. [REDACTED], con NIF nº [REDACTED] y que se encuentra situada en la [REDACTED] del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria (35010).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico dental intraoral, cuya última inscripción registral en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es de fecha 20/01/2010.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], director de la clínica, y D. [REDACTED], director de la instalación, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el titular fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

### OBSERVACIONES

#### **UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación y sus colindamientos coinciden con lo detallado en la documentación de la Declaración. \_\_\_\_\_
- Tenían instalado y en funcionamiento un equipo panorámico dental marca [REDACTED] modelo [REDACTED] n/s B91685. Según se



manifiesta la sala donde se encuentra el equipo está plomada. El equipo dispone de marcado CE. \_\_\_\_\_

- La sala estaba señalizada y tenía su acceso controlado. La puerta de acceso a la sala estaba plomada y disponía de visor plomado. \_\_\_\_\_
- Era visible cartel de aviso a embarazadas en la entrada a la sala. \_\_\_\_\_
- Disponía de un número suficiente de prendas de protección. \_\_\_\_\_

### DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos en modo PANO con 10 mA y un voltaje de 73 kV se detectó una tasa de dosis máxima de 5  $\mu\text{Sv/h}$  en el punto de disparo (exterior de la sala mediante disparador en pared). Haciendo uso del equipo en modo TELE y en las mismas condiciones de disparo se detectó una tasa de dosis máxima de 1.7  $\mu\text{Sv/h}$ . \_\_\_\_\_
- Los disparos en el momento de la Inspección fueron realizados por D. \_\_\_\_\_, con licencia de director y dosímetro personal de solapa. \_\_\_\_\_

### TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- En la instalación hay dos personas que disponen de acreditación otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear para dirigir instalaciones de rayos X con fines diagnósticos: D. \_\_\_\_\_ y D. \_\_\_\_\_.
- Según se manifiesta en la instalación no hay operadores. \_\_\_\_\_
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica mediante el uso de dos dosímetros personales de solapa asignados a los directores. No fueron mostradas a la inspección las lecturas dosimétricas correspondientes. \_\_\_\_\_

### CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN:

- \_\_\_\_\_
- Según se manifestó se realizan una media de \_\_\_\_\_
- Fue mostrado contrato escrito con la UTPR \_\_\_\_\_ de fecha 27/05/2010. El contrato refleja como dirección de la instalación \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_. En esa dirección se encuentra ubicada la instalación RX/GC-2399, perteneciente al mismo titular.



Según se manifiesta dicho contrato también ampara a la instalación inspeccionada [REDACTED]. \_\_\_\_\_

- Fue mostrado a la Inspección el control de calidad de los equipos, la vigilancia de los niveles de radiación y la dosis a paciente realizados por la UTPR [REDACTED] de fecha 12/02/2014. No se reflejaban incidencias. \_\_\_\_
- Se disponía de certificado periódico de conformidad favorable de la instalación emitido por la UTPR actuante con nº 2352.CER.2014 de fecha 12/02/2014. \_\_\_\_\_
- No fue mostrado el Programa de Protección Radiológica de la instalación. \_\_\_\_\_
- Según se manifiesta no han habido intervenciones o reparaciones de importancia en los equipos que hayan afectado a la dosis a paciente o a la calidad de imagen. \_\_\_\_\_

### DESVIACIONES

- No fue mostrado el Programa de Protección Radiológica de la instalación (art. 19 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio). \_\_\_\_\_
- No fueron mostradas las lecturas dosimétricas correspondientes a D. [REDACTED] y D. [REDACTED] (art. 27 del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio). \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Las Palmas de Gran Canaria a veintiocho de julio de dos mil catorce.

---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la “**CLÍNICA DENTAL** [REDACTED]” para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Fecha: 18 AGO. 2014

ENTRADA  
Número: 961884  
CEIC: 191933 Hora:

D. [REDACTED], mayor de edad  
provisto de D.N.I. [REDACTED], en nombre propio, o en representación  
de \_\_\_\_\_  
con nº de D.N.I. o C.I.F. \_\_\_\_\_ y domicilio en el término municipal  
\_\_\_\_\_, en la calle \_\_\_\_\_  
núm. \_\_\_\_\_, Piso \_\_\_\_\_, Letra \_\_\_\_\_, Código Postal \_\_\_\_\_, Tfno.: \_\_\_\_\_

Ante esa Consejería comparece y DICE:

Que hace entrega en el registro  
de entradas según fotocopias adjuntas

Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA:

A 18 DE Agosto DE 2014

Fdo.: [REDACTED]


CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

A la atención de D. [REDACTED]

**DILIGENCIA:** En relación con el Acta de referencia CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2520/14, de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, el Inspector que la suscribe declara a los comentarios formulados en el TRÁMITE de la misma:

- Respecto al Programa de Protección Radiológica: Se acepta.
- Respecto a la dosimetría de la instalación: No cambia el contenido del acta (Los dosímetros de la instalación son compartidos con la instalación RX/GC-2399).

**NOTA ADICIONAL:** Las lecturas dosimétricas han sido entregadas por el titular en el trámite del acta de fecha 18/08/2014 completado en fecha 05/09/2014.

Las Palmas de Gran Canaria, 09 de  Septiembre de 2014

  
EL INSPECTOR DE IIRR  
