

Acta de inspección

\_\_\_\_\_, funcionaria de la Generalidad de Catalunya (GC) e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),

Certifico que me he presentado el día 7 de octubre 2014 en la instalación radiactiva de Izasa SA (NIF \_\_\_\_\_), en la calle de la \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de Castellbisbal (Vallès Occidental), provincia de Tarragona.

La visita tuvo por objeto realizar la inspección previa a la notificación de puesta en marcha de la modificación la instalación radiactiva IRA-0587 (CSN-MO16/GC-MO19), de comercialización y asistencia técnica de material y equipos radiactivos. El Departamento de Empresa y Empleo de la GC autorizó su última autorización el 29.07.2014.

Fui recibida por doña \_\_\_\_\_ y don \_\_\_\_\_ supervisores, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Se advierte a los representantes del titular de la instalación que este acta y los comentarios recogidos en su trámite se considerarán documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo cual se notifica para que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección no debería publicarse por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones que realicé y de la información que requerí y me suministró el personal técnico, resulta lo siguiente:

- El 29.07.2014 se autorizó el traslado de la instalación, dentro de la misma nave, así como la baja de material radiactivo y el alta y la baja de equipos emisores de rayos X, para importar, almacenar, comercializar y distribuirlos.....
- La nueva ubicación consta de un recinto, dividido en 2 partes, una de las cuales será cámara frigorífica, donde guardarán los residuos y el material para comercializar. En el momento de la inspección aún no habían colocado la puerta de separación. En la otra zona, antesala, había una pila con desagüe y una extractor; se incluye como anejo 1 copia del documento justificativo de la instalación de dicho equipo.....
- Los suelos y las paredes eran adecuados para el trabajo que en la instalación llevan a cabo.....
- La instalación estaba señalizada de acuerdo con la legislación y tenía el acceso controlado.....
- En la zona antigua, que se da de baja y que consta de un recinto dividido en 2 partes (cámara frigorífica y antesala), había lo siguiente:



- Cámara frigorífica: un total de 634,68 µCi de I-125 no encapsulado; y los residuos listados en el anejo 2.....
  - Antesala: un congelador sin material radiactivo y un equipo de RX [REDACTED], [REDACTED], n/s 600N2409, para su comercialización, y un contenedor con material para descontaminar e intervenir en caso de incidente...
- El 25.03.2014 Enresa retiró el material radiactivo encapsulado indicado en el anejo 2 de 2.....
  - Cuando finalizen el traslado de la IRA a la nueva ubicación, emitirán un certificado de ausencia de contaminación, material y residuos radiactivos de la zona que se da de baja. Enviarán dicho certificado.....
  - El 15 y 16.11.2012 la UTPR [REDACTED] acondicionó y desclasificó los residuos, que eliminaron a través de la empresa [REDACTED].....
  - Estaba disponible el diario de operación.....

Y con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del CSN; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR); el Real Decreto 783/2001, reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes (RPSRI); la autorización referida; y en virtud de las funciones encomendadas por el CSN a la GC mediante el acuerdo de 15 de junio de 1984, cuya última actualización es del 22 de diciembre de 1998, levanto y suscribo la presente acta por triplicado en Barcelona, en la sede del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas de la GC, el 8 de octubre de 2014.



TRÁMITE: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RINR, se invita al/la titular de Izasa SA o a un/a representante acreditado/a, a que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

MANIFESTAMOS NUESTRA CONFORMIDAD  
CON EL CONTENIDO DE ESTA ACTA

d'Hospitalet de Llobregat, 10/10/2014

[REDACTED SIGNATURE]

Supervisor