

## ACTA DE INSPECCIÓN

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó el día 18 de marzo de 2022 en el las dependencias de MC MUTUAL sita en , 07300 INCA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1, con NIF . Su código de registro es y fue inscrita en el Registro el 1 de julio de 1986, y su última anotación es del 5 de junio de 2006.

La Inspección fue recibida por . , director en Illes Balears de MC MUTUAL, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



## UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIOACTIVO

- La instalación se ubica a nivel de planta baja y consiste en una sala de radiología que alberga el equipo de radiodiagnóstico:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
CONVENCIONAL					

- El equipo está inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X.
- La instalación está correctamente señalizada y existen prendas plomadas de protección.

## DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- \_\_\_\_\_, licenciada en medicina, dirige la instalación y dispone de la acreditación correspondiente.
- El equipo de la instalación es operado por \_\_\_\_\_, diplomado en enfermería, quien dispone de la correspondiente acreditación.
- Se realiza la vigilancia dosimétrica del operador mencionado mediante dosimetría personal. Están disponibles los informes con las lecturas dosimétricas mensuales con valores inferiores al valor de registro.
- Disponen así mismo de un dosímetro de área ubicado en el puesto de control del equipos de rayos X. Están disponibles los informes con sus lecturas dosimétricas mensuales con valores inferiores al valor de registro



### TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible el informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad y la estimación de dosis a pacientes de los equipos presentes en la instalación, expedido por la UTPR con fecha 11/01/2022.
- En dicho informes se hace constar que la prueba referente a la variación del rendimiento con la corriente y con la carga arroja resultaos incorrectos.
- Está disponible una orden trabajo de la EVAT  
, sellada con fecha 22/02/2022, referente a trabajos de mantenimiento preventivos anuales y de reajuste de valores del rendimiento del foco fino. Se certifica que quedan restituidas las condiciones de funcionamiento previas a la avería.
- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la el 04/03/2022 en el que se hacen constar con posterioridad a la visita se recibe parte de reparación de la EVAT del equipo de rayos X indicando la subsanación de las desviaciones observadas el día de la realización del control.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica actualizado.

### CUATRO. OBSERVACIONES

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la UTPR el 12/01/2022 en el que se hace constar que en el equipo existen parámetros con valores que no cumplen con los criterios de tolerancia, y se recomienda intervención para revisar y ajustar la prueba referente a la variación del rendimiento con la corriente y con la carga.



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

18/03/2022



---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1 para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

18/03/2022

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1 para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



MC MUTUAL

en calidad de Responsable de protección radiológica de la instalación de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N°1, titular de la instalación de rayos X RXPM-1004

Manifiesto que:

Expreso mi ~~acuerdo~~ desacuerdo con el contenido del **acta CSN CAIB AIN 01 RXPM 1004 2022** correspondiente a la inspección realizada el día 18/03/2022.

Inca, ~~25~~ de marzo de 2022