



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día veinticuatro de febrero de dos mil diez en las instalaciones de ARKIBYO SL, cuyo titular es el mismo, de CIF [REDACTED], y que se encuentra en [REDACTED] Plasencia, en Cáceres (C.P.-10600)

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico veterinario, y que no se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], gerente de las instalaciones, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consistía en 1 equipo de radiografía convencional de la marca y modelo [REDACTED], nº 9008, con un tubo que puede trabajar sobre una mesa fija. El equipo está instalado en una sala no plomada, en un edificio aislado [REDACTED]
- El equipo no tenía visible ningún adhesivo o chapa con el marcado CE.





El titular desconocía si, aún no teniendo el marcado visible, el equipo disponía de documentación acreditativa del mismo. _____

- Disponían de delantal y otros protectores plomados. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- No se hicieron medidas por no haber ningún operador de la instalación.

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION


- Según se manifestó no tienen aún Director ni operadores al no estar ni haber estado la instalación en funcionamiento. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se mostraron copias de los distintos escritos habidos entre el titular y la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma. En uno de estos escritos, de fecha 28/12/2009, el titular manifiesta la no utilización del equipo y en otro, de la Consejería, de fecha 09/02/2010, ésta insta a la Declaración o a la retirada del equipo por parte de empresa autorizada.
- El titular manifestó estar aún realizando las gestiones para conocer si el equipo es inscribible en el Registro o si ha de retirarlo necesariamente.

DESVIACIONES


- La instalación no ha sido inscrita en el Registro de instalaciones de la Consejería de Industria, incumpléndose por tanto el artículo 12 del Real Decreto 1085/2009 o Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. _____



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes,




y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a tres de marzo de dos mil diez.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "ARKYBIO SL" (Plasencia) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Acta no contestada por escrito
pero sí por correo electrónico, que se
adjunta*



De: [REDACTED]]

Enviado el: domingo, 14 de marzo de 2010 10:48

Para: [REDACTED]

Asunto: Enviando por correo electrónico:

DSC05425.JPG,

DSC05426.JPG,

DSC05427.JPG,

DSC05428.JPG,

DSC05429.JPG,

DSC05430.JPG,

DSC05431.JPG,

DSC05432.JPG

Estimado [REDACTED]

Soy [REDACTED]

Estuvo en mi finca [REDACTED] en Plasencia sobre un aparato de rayos en mi criadero.

He procedido a la destrucción del mismo y adjunto le remito documento fotográfico.

Espero de esta manera se archive el expediente.

Le ruego me confirme la recepción de éste email, así como si es suficiente la resolución de las fotos o quiere alguna en un tamaño mayor.

Reciba cordiales saludos

[REDACTED]

