

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día once de septiembre de dos mil catorce en **EUROCONSULT ANDALUCÍA, SA** sita en c/ [REDACTED], de Sevilla (41016).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya última autorización fue concedida por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 31-10-05.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación se encuentra sin actividad desde febrero de 2013. _____
- Han solicitado la clausura de la instalación. _____

Disponen de una licencia de supervisor (D. [REDACTED]) en vigor. _____

Según el listado actualizado de equipos radiactivos entregado a la Inspección disponían de ocho equipos operativos para medida de densidad y humedad de suelos, cuya marca y modelo se correspondían con la autorización. _____



- De los ocho equipos, seis son [redacted] con números de serie 19112, 23337, 13155, 13501, 15381 y 13052 y dos son [redacted] con números de serie M-390605132 y M-320306494. _____
- Los equipos con n/s 23337, M320306494 y M390605132 se encuentran en la sede central de Euroconsult, S.A. (ira/0693). _____
- Los equipos con n/s 13501 y 15381 se encuentran en Chile. _____
- Los equipos con n/s 13502 y 19112 se encuentran desplazados a obra en Zamora. _____
- El equipo con n/s 13155 se encuentra en Burgos. _____
- Tenían registros de hermeticidad de las fuentes de los equipos n/s 13501, 15381, 13502, 19112 y 13155 emitidos por una entidad autorizada en 2014. _____
- Disponían de los informes de la revisión obligatoria en los dos últimos años por una entidad autorizada de los siguientes equipos: n/s 19112 (09/07/14), n/s 13155 (28/07/14), n/s 15381 (16/01/14), n/s 13052 (28/07/14) y n/s 13501 (16/01/14). _____
- Durante los años 2011, 2012 y 2014 (n/s 13052) se han las inspecciones de varilla de los equipos [redacted]. _____
- Los equipos con n/s 23337 y M320306494 están en situación de parada.
- El día de la inspección el equipo con n/s M390605132 se encontraba en [redacted] para revisión y hermeticidad para posterior envío a Perú. _____
- Disponían de un Diario de Operación General registrado en el CSN firmado por el supervisor. _____
- Han enviado el informe anual del año 2013 al CSN. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de

Seguridad Nuclear a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **EUROCONSULT ANDALUCÍA, SA** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.