

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 15 de noviembre de 2017 en **LA FRESNEDA VETERINARIOS, S.L.**, N.I.F. [REDACTED] sito en [REDACTED] de La Fresneda, Siero.

La visita tuvo por objeto realizar una inspección no anunciada de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso veterinario, cuyo último registro vigente fue concedido por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, con fecha 20 de mayo de 2008 (IR-205).

La Inspección fue recibida por doña [REDACTED] y don [REDACTED], en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

La instalación, de segunda categoría, coincide sensiblemente con la registrada, está señalizada y provista de acceso controlado. Disponen de una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X.-----

Se encuentra instalado un [REDACTED] (número de serie 14322).-----

Disponen de dos delantales plomados y realizan control dosimétrico de área, siendo la última lectura realizada en agosto de 2017 por [REDACTED] no presentando valores significativos.-----

DESVIACIONES

Carece de contrato con UTPR; no dispone de Programa de Protección Radiológica y de certificados periódicos de Unidad Técnica de Protección Radiológica de conformidad de la instalación, niveles de radiación y control de calidad.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala



la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo a 17 de noviembre de 2017.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **LA FRESNEDA VETERINARIOS, S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Se manifiesta

- ① Se ha realizado control de calidad del Equipo de Rayos X el día 20 de Noviembre de 2017
- ② Se ha dispuesto Programa de Protección Radiológica.
- ③ Se adjunta Certificado (Acta de revisión del control realizado el 20/11/2017.
Se adjunta contrato de los servicios de la UIPR [redacted]
Se adjunta Programa de Protección Radiológica.

Hecho:

[redacted]
La Fresneda 24 de Noviembre de 2017

DILIGENCIA

En relación con los comentarios realizados al Acta de Inspección de referencia **CSN-AST/AIN/01/RX/O-1123/2017** de fecha 17 de noviembre de 2017,


El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios.

-El comentario o alegación no modifica el contenido del acta.

Oviedo, 4 de diciembre de 2017

Fdo.:

A large grey rectangular area redacting the signature of the inspector. A thin black line extends from the bottom left corner of this area.