

ACTA DE INSPECCION

Dr. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA : Que se ha personado, el día diez de diciembre de dos mil nueve en el Hospital Verge de Monte Toro, con CIF [REDACTED] sito en [REDACTED] Maó, Menorca.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de Rayos-X ubicada en el emplazamiento referido y cuyo procedimiento de declaración y registro figura inscrito en la Dirección General de Industria de Baleares.

Que la Inspección fue recibida por Don [REDACTED] Jefe de Servicio de Física Médica y Protección Radiológica y por Don [REDACTED], Jefe de Mantenimiento del IB-SALUT, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Que la instalación de Rayos - X consta de:
 - Sala 1: Compuesta por un equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 150 KV y 1000 mA de características máximas.
 - Sala 3: Compuesta por un equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 150 KV y 600 mA de características máximas.
 - Sala 4: Compuesta por un equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 49 KV y 130 mA de características máximas.
 - Sala 5: Compuesta por un equipo marca [REDACTED], modelo [REDACTED] de 130 KV y 10 mA de características máximas.
 - Sala 6: Compuesta por un equipo marca [REDACTED], modelo [REDACTED] de 120 KV y 120 mA de características máximas.
 - Sala 7: Compuesta por un equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 150 KV y 500 mA de características máximas.


Que el Hospital dejó de funcionar el mes de abril del año 2007.

- Que la instalación de Rayos-X no ha sido declarada de baja, ni comunicado su cese, de acuerdo con los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1085/2009.

Que el equipo de Rayos-X convencional marca [REDACTED] así como el Mamógrafo han sido regalados a la ONG [REDACTED]

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, Real Decreto 793/2001 y el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico y del Acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comunidad


Autónoma de las Islas Baleares del treinta y uno de Mayo de 1985, la entrada en vigor del mencionado acuerdo de fecha tres de Abril de 1987, la posterior revisión y ampliación del acuerdo de fecha 27 de Julio de 1989, y el Real Decreto 111/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en Palma de Mallorca en la Conserjería de Comercio, Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a 14 de diciembre de dos mil nueve.



S.E.G. 05-02-04
CONFORME

J
C [Redacted Signature]

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado del Hospital Verge de Monte Toro, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



S.E.G. 05-02-04
CONFORME

