

PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 18-03-2009

Trámite Normal

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN	CLINICA DOCTORES SALES S.L. (Madrid) IRA-3004 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3004/09 Fecha Solicitud: 16/02/2009	Instalación de medicina nuclear. Laboratorio de radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y tratamiento médicos en régimen ambulatorio. Solicita autorización para la posesión y uso de los radioisótopos no encapsulados.	Especificación 6ª permite exclusivamente la utilización de radioisótopos no encapsulados en forma de monodosis. Especificación 11ª, requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha. La especificación 31ª prohíbe la realización simultánea de exploraciones con la gammacámara y un equipo de rayos X de diagnóstico, ambos equipos situados en la misma dependencia.	El responsable en materia de protección radiológica será el supervisor.